VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar


MODEL: FBL900975

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODEL: FBL900975



Note:The product picture is for reference, the actual details shall prevail

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this Patient Transfer Chair

Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

Operation safety

Please put this manual in a place easy to check and keep it properly. This instruction manual clearly indicates how to use the equipment safely and correctly, so as to prevent any harm or property loss caused fro you and others.

Danger

1. Do not use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions.
2. Keep plastic bags away from children to prevent suffocation.
3. Always keep animals and children away from the stand assist
4. Do not store the product in the vicinity of heat sources
5. Do not perform any makeshift repairs or modifications
6. Do not use it if parts are damaged.
7. Do not leave a patient unattended during any part of the transport.
8. Do not use accessories if they have not been tested or approved by Seller.
9. Ensure the ground is dry with no obstacles to prevent some accidental falls while using the stand assist

Warning

Weight Capacity: 250 lbs. Never use the stand assist for patients exceeding this weight.

- Only operate where permitted according to all applicable local laws and ordinances.
- Only qualified caregivers trained in the proper use of stent AIDS should use them.
- The Bed Trapeze Bar should only be used to assist the patient to sit on the bed. Stent assistance should not be used to transfer patients from one location to another.
- Before using the equipment, check all parts for shipping damage. If any part is damaged, do not use it, and contact VEVOR for further instructions.
- Before operating the stand assist, ensure that all components are properly and securely assembled and that all fasteners are secure.

- The rear caster must be locked before lowering the patient into the stand assist for transport.
- Avoid over tightening mounting hardware as this may cause damage to mounting brackets
- The stand assist may tip over if used incorrectly. Read and adhere to the operating instructions before transferring anyone.
- Exercise caution if leaving the stand assist under direct sunlight for an extended period as its surface may become hot.












Do not use for the purpose of transportation over long distances





Do no use for the purpose of seating over long extended periods Do not use this product if it is damaged, and do not use attachments or substitute parts Regular maintenance of stand assist and accessories is necessary to ensure proper operation.

If you give this product to someone else, must include this owner's manual.


Part List

NOTE: Each fastener has a spare part in case of emergency.

01.  1PCS	02. M8*25mm  2PCS	03.  1PCS	04. M8*8mm  5PCS
05.  1PCS	06.  1PCS	07.  5PCS	08.  1PCS
09.  5PCS	10. M8*32mm  1PCS	11.  1PCS	12. M8*60mm  5PCS

13.  1PCS	14.  5PCS	15.  1PCS	16. M8*48mm  1PCS
17.  2PCS	18.  1PCS	19.  5PCS	

Explosion diagram



Assembly Steps


Step1

① Connect the two outer hexagon screws (M8X60mm) (12) from the base to the tube assembly (11) on both sides of the inner side, respectively, through the base to the tube assembly (11), the front tube assembly of the base (08), and the flat washer (diameter 16X 8.2X2) (07), and pre-tighten with the hexagon nut (M8) (14).

Note: In order to avoid misalignment due to over-tightening, please do not use the wrench at this time. Manual fastening for now will help ensure easy assembly.)

② Assemble the rear transverse tube (13) of the other side of the base, the steps are the same as above.

③ Tear off four rubber pads with a diameter of 32X8mm (09) adhesive and paste them on both sides of the front tube assembly (08) and the rear transverse tube (13) of the base respectively (it is recommended to paste them in the center 30mm away from the outermost end)




Step2

① Align the standpipe connecting pipe assembly (05) with the corresponding hole in the front pipe assembly (08) of the base, and then use the plum knob (M8X8mm) (04) to tighten.

② Align the screw holes of the base inclined support assembly (06) with the corresponding holes of the standpipe connecting assembly (05) and


base connecting assembly (11), and pre-tighten the base inclined support assembly (06) through the base connecting pipe assembly (11) with the external hexagon screw (M8X32mm) (10). Connect the pipe assembly (05) to the base inclined support assembly (06) by using the outer hexagonal screws (M8X48mm) (16) through the standpipe. Note: In order to avoid misalignment due to over-tightening, please do not use the wrench at this time. Manual fastening for now will help ensure easy assembly.)

③ Tighten with a wrench to ensure that all nuts, bolts and components are secured in place before use.



Step3

Align standpipe assembly (03) with the corresponding hole in standpipe connecting assembly (05), and tighten with a plum knob (M8X8mm) (04)




Step4

Insert the horizontal pipe assembly (01) into the vertical pipe assembly (03) so that the exposed part of the back end is beyond or aligned with the limit line, then screw the plum knob (M8X27mm) (02) into the corresponding screw hole of the vertical pipe assembly (03) and tighten; Finally, hang the ring assembly (15) between the columns of the horizontal pipe assembly (01) (adjustable to a comfortable position).

The assembly process is now complete.

After the assembly is complete, check and test the visual and functional functions of the equipment



Tips：

1.After the assembly is completed, place the rear transverse tube (13) of the base under the bed, and move the hanger into the bed as a whole.
2.Adjust the ring to a comfortable position by adjusting the ring assembly (15) to hang the transverse pipe assembly (01) between the posts; The cross tube assembly (01) can also be moved to a comfortable position between the limit line and the post by loosening the plum knob (M8X27mm) (02) simultaneously or separately

OPERATING INSTRUCTIONS

Operation Precautions

- Do not exceed the recommended weight limit of 250 lbs
- Before use, make sure all assemblies are securely tightened and thoroughly read the operating instructions

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning:

- Wipe down the frame with a soft dry cloth at least once a week. If the stand assist comes into contact with moisture, dry it immediately.

Notice:

- Do not use solvents, abrasive waxes, caustic chemicals or spray silicone to clean the equipment.
- Do not use abrasive cleansers to clean the equipment, they could scratch the finish.
- Do not use steam or high-pressure cleaners to clean the equipment.

Maintenance:

To ensure safety and proper use, perform the following steps monthly: Check all fasteners for tightness and wear. Replace any worn or loose fasteners before use. Check the seat assemblies for damage or wear, and ensure bolts are tight. Replace any worn or damaged components.
Check the casters are functioning correctly and securely attached. Replace any worn or damaged casters

Manufacturer: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Address: 2F-2, 3-6F & 7F-1, No. 63,Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Trapez do łóżka


MODEL: FBL900975

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODEL: FBL900975



Uwaga: Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy, decydujące znaczenie mają rzeczywiste szczegóły.

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Dziękujemy bardzo za wybranie tego Przeniesienie pacjenta C włosy
Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Zawarte w niej informacje pomogą w osiągnięciu najlepszych możliwych rezultatów.

Operation safety

Proszę umieścić tę instrukcję w miejscu łatwym do sprawdzenia i przechowywać ją prawidłowo. Niniejsza instrukcja obsługi jasno wskazuje, jak bezpiecznie i prawidłowo korzystać ze sprzętu, aby zapobiec wszelkim szkodom lub stratom materialnym spowodowanym przez Ciebie i innych.

Niebezpieczeństwo

1. Nie należy używać tego produktu ani żadnego dostępnego wyposażenia opcjonalnego bez wcześniejszego dokładnego zapoznania się z instrukcją i zrozumieniem tych instrukcji.
2. Aby zapobiec uduszeniu, trzymaj plastikowe torby w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Zawsze trzymaj zwierzęta i dzieci z dala od stojaka.
4. Nie przechowywać produktu w pobliżu źródeł ciepła.
5. Nie wykonuj wielu doraźnych napraw ani modyfikacji
6. Nie używaj urządzenia, jeśli jego części są uszkodzone.
7. Nie pozostawiaj pacjenta bez opieki na żadnym etapie transportu.
8. Nie należy używać akcesoriów, które nie zostały przetestowane lub zatwierdzone przez Sprzedawcę.
9. Upewnij się, że podłoże jest suche i nie ma na nim przeszkód, aby zapobiec przypadkowym upadkom podczas korzystania z pomocy w staniu.

Ostrzeżenie

Nośność: 250 funtów. Nigdy nie używaj pomocy w staniu dla pacjentów przekraczających tę wagę.

- Należy korzystać wyłącznie z urządzeń dozwolonych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
- Tylko wykwalifikowani opiekunowie, przeszkoleni w zakresie prawidłowego stosowania stentu AIDS, powinni go używać.

- Belka trapezowa do łóżka powinna być używana wyłącznie w celu pomocy pacjentowi w siadaniu na łóżku. Wspomaganie stentem nie powinno być używane do przenoszenia pacjentów z jednego miejsca do drugiego .
- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie części nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Jeżeli jakakolwiek część jest uszkodzona, nie należy jej używać. użyj go i skontaktuj się z VEVOR w celu uzyskania dalszych instrukcji.
- Przed użyciem wspomagania stania upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo i bezpiecznie zmontowane. i że wszystkie zapięcia są bezpieczne.
- Przed opuszczeniem pacjenta na podnośnik ułatwiający transport, należy zablokować tylne kółko.
- Unikaj ponad dokręcanie elementów montażowych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie uchwytów montażowych
- Wspomaganie stania może się przewrócić, jeśli zostanie użyte nieprawidłowo. Przeczytaj i przestrzegaj instrukcji obsługi. przed przeniesieniem kogokolwiek.
- Należy zachować ostrożność, jeśli stojak będzie wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, ponieważ jego powierzchnia może się nagrzać.








Nie używać do transportu na duże odległości.








Nie należy używać produktu w celu siedzenia przez dłuższy czas. Nie należy używać produktu, jeśli jest uszkodzony, ani stosować żadnych dodatków lub części zamiennych. Regularna konserwacja układu wspomagającego stanie i akcesoriów jest konieczna w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.

Jeśli przekazujesz ten produkt innej osobie, koniecznie dołącz do niego instrukcję obsługi.


Part List

NOTATKA: Każdy zapięcie ma A część zamienna W sprawa z nagły wypadek.

01.  1 SZT.	02. M8*25mm  2 SZT.	03.  1 SZT.	04. M8*8mm  5 SZT.
05.  1 SZT.	06.  1 SZT.	07.  5 SZT.	08.  1 SZT.

09.  5 SZT.	10. M8*32mm  1 SZT.	11.  1 SZT.	12. M8*60mm  5 SZT.
13.  1 SZT.	14.  5 SZT.	15.  1 SZT.	16. M8*48mm  1 SZT.
17.  2 SZT.	18.  1 SZT.	19.  5 SZT.	

Explosion diagram




Assembly Steps

Krok 1

① Połącz dwie zewnętrzne śruby sześciokątne (M8X60mm) (12) od podstawy do zespołu rur (11) po obu stronach wewnętrznej strony, odpowiednio, przez podstawę do zespołu rur (11), przedni zespół rur podstawy (08) i podkładkę płaską (średnica 16X 8.2X2) (07), a następnie dokręć wstępnie nakrętką sześciokątną (M8) (14). Uwaga: Aby uniknąć rozbieżności z powodu nadmiernego dokręcenia, nie używaj klucza w tym momencie. Ręczne mocowanie na razie pomoże zapewnić łatwy montaż.)

② Złóż tylną poprzeczną rurę (13) po drugiej stronie podstawy, wykonując te same czynności, co powyżej.

③ Oderwij cztery gumowe podkładki o średnicy 32X8 mm (09) i przyklej je po obu stronach zespołu przedniej rury (08) oraz tylnej poprzecznej rury (13) podstawy (zaleca się przyklejenie ich na środku w odległości 30 mm od najdalszego końca).



Krok 2

① Wyrównaj zespół rury łączącej rurę pionową (05) z odpowiednim


otworem w przednim zespole rury (08) podstawy, a następnie dokręć za pomocą pokrętła śrubowego (M8X8mm) (04).

② Wyrównaj otwory na śruby w zespole podparcia pochylonego podstawy

(06) z odpowiednimi otworami w zespole łączącym rurę pionową (05) i zespole łączącym podstawę (11), a następnie wstępnie dokręć zespół podparcia pochylonego podstawy (06) przez zespół łączący rurę podstawy (11) za pomocą zewnętrznej śruby sześciokątnej (M8X32mm) (10). Podłącz zespół rur (05) do zespołu podparcia pochylonego podstawy (06) za pomocą zewnętrznych śrub sześciokątnych (M8X48mm) (16) przez rurę pionową. Uwaga: Aby uniknąć rozbieżności z powodu nadmiernego dokręcenia, nie używaj klucza w tym momencie. Ręczne mocowanie na razie pomoże zapewnić łatwy montaż.)


③ Przed użyciem dokręć kluczem, aby mieć pewność, że wszystkie

nakrętki, śruby i komponenty są dobrze zamocowane.



Krok 3

Wyrównaj zespół rury pionowej (03) z odpowiednim otworem w zespole łączącym rury pionowej (05) i dokręć za pomocą pokrętła śrubowego (M8X8mm) (04)



Krok 4


Włóż zespół rury poziomej (01) do zespołu rury pionowej (03) tak, aby

odsłonięta część tylnego końca znajdowała się poza linią graniczną lub

była z nią wyrównana, następnie wkręć pokrętło śliwkowe (M8X27mm) (02) w odpowiedni otwór śrubowy zespołu rury pionowej (03) i dokręć; Na koniec zawieś zespół pierścienia (15) między kolumnami zespołu rury poziomej (01) (można regulować do wygodnej pozycji).

Proces montażu jest teraz ukończony.

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić i przetestować funkcje wizualne i funkcjonalne urządzenia.



Porady:

1. Po zakończeniu montażu należy umieścić tylną poprzeczną rurę (13) podstawy pod łóżkiem i wsunąć wieszak do łóżka jako całość.

2. Ustaw pierścień w wygodnej pozycji, regulując zespół pierścienia (15), aby zawiesić zespół rury poprzecznej (01) między słupkami; Zespół rury poprzecznej (01) można również przesunąć do wygodnej pozycji między linią ograniczającą a słupkiem, luzując jednocześnie lub oddzielnie pokrętło śliwkowe (M8X27mm) (02).

OPERATING INSTRUCTIONS

Środki ostrożności podczas operacji

- Nie przekraczać zalecanego limitu wagi 250 funtów
- Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie elementy montażowe są solidnie dokręcone i dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

CARE AND MAINTENANCE

Czyszczenie:

- Przetrzyj ramę miękką, suchą ściereczką przynajmniej raz w tygodniu. Jeżeli dojdzie do kontaktu wspornika ze stojakiem, z wilgocią, natychmiast wysuszyć.

Ogłoszenie :

- Do czyszczenia sprzętu nie należy używać rozpuszczalników, ściernych wosków, żrących środków chemicznych ani silikonu w sprayu.
- Do czyszczenia sprzętu nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych, gdyż mogą zarysować powierzchnię.
- Do czyszczenia sprzętu nie należy używać myjek parowych ani wysokociśnieniowych.

Konserwacja:

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie, należy co miesiąc wykonywać następujące czynności: Sprawdź wszystkie zapięcia pod kątem

szczelności i zużycia. Wymień wszelkie zużyte lub luźne zapięcia przed użyciem.

Sprawdź zespoły siedzeń pod kątem uszkodzeń lub zużycia i upewnij się, że śruby są dokręcone. Wymień zużyte lub uszkodzone elementy.

Sprawdź, czy kółka działają prawidłowo i są bezpiecznie zamocowane. Wymień zużyte lub uszkodzone kółka

Producent: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adres: 2F-2, 3-6F i 7F-1, nr 63, Tongxing East Road, społeczność Yumin, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINY
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Barre trapèze de lit


MODÈLE: FBL900975

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODÈLE: FBL900975



Remarque : l'image du produit est à titre de référence, les détails réels prévalent

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Merci beaucoup d'avoir choisi ceci Chaise de transfert de patient

Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Les informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Operation safety

Veuillez conserver ce manuel dans un endroit facile à consulter et le conserver soigneusement. Ce manuel d'instructions explique clairement comment utiliser l'équipement correctement et en toute sécurité, afin d'éviter tout dommage matériel, pour vous et autrui.

Danger

1. N'utilisez pas ce produit ou tout équipement optionnel disponible sans avoir d'abord lu et comprendre ces instructions.
2. Gardez les sacs en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
3. Gardez toujours les animaux et les enfants éloignés du support.
4. Ne pas stocker le produit à proximité de sources de chaleur
5. N'effectuez pas de réparations ou de modifications improvisées .
6. Ne l'utilisez pas si des pièces sont endommagées.
7. Ne laissez pas un patient sans surveillance pendant une partie quelconque du transport.
8. N'utilisez pas d'accessoires s'ils n'ont pas été testés ou approuvés par le vendeur.
9. Assurez-vous que le sol est sec et sans obstacles pour éviter certaines chutes accidentelles lors de l'utilisation de l'assistance au support

Avertissement

Capacité de poids : 250 lb. N'utilisez jamais l'assistance au support pour les patients dépassant ce poids.

- N'utilisez ce produit que là où cela est autorisé par toutes les lois et ordonnances locales applicables.
- Seuls les soignants qualifiés et formés à l'utilisation appropriée des stents AIDS doivent les utiliser.

- La barre trapèze du lit ne doit être utilisée que pour aider le patient à s'asseoir sur le lit. L'utilisation d'un stent ne doit pas servir à transférer le patient d'un endroit à un autre .
- Avant d'utiliser l'équipement, vérifiez que toutes les pièces n'ont pas été endommagées pendant le transport. Si une pièce est endommagée, ne utilisez-le et contactez VEVOR pour plus d'instructions.
- Avant d'utiliser l'assistance au support, assurez-vous que tous les composants sont correctement et solidement assemblés et que toutes les fixations sont sécurisées.
- La roulette arrière doit être verrouillée avant d'abaisser le patient dans le support pour le transport.
- Évitez de trop serrer le matériel de montage car cela pourrait endommager les supports de montage
- Le support de béquille peut basculer s'il est mal utilisé. Veuillez lire et respecter les instructions d'utilisation. avant de transférer qui que ce soit.
- Soyez prudent si vous laissez le support sous la lumière directe du soleil pendant une période prolongée, car sa surface peut devenir chaud.








Ne pas utiliser pour le transport sur de longues distances








Ne pas utiliser pour s'asseoir pendant de longues périodes. N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé et n'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange. Un entretien régulier du support et des accessoires est nécessaire pour garantir un bon fonctionnement.

Si vous donnez ce produit à quelqu'un d'autre, vous devez inclure ce manuel du propriétaire.


Part List

NOTE: Chaque l'attache a un pièce de rechange dans cas de urgence.

01.  1 pièce	02. M8*25mm  2 pièces	03.  1 pièce	04. M8*8mm  5 pièces
05.  1 pièce	06.  1 pièce	07.  5 pièces	08.  1 pièce

09.  5 pièces	10. M8*32mm  1 pièce	11.  1 pièce	12. M8*60mm  5 pièces
13.  1 pièce	14.  5 pièces	15.  1 pièce	16. M8*48mm  1 pièce
17.  2 pièces	18.  1 pièce	19.  5 pièces	

Explosion diagram




Assembly Steps

Étape 1

1. Fixez les deux vis hexagonales extérieures (M8 x 60 mm) (12) de la base au tube (11) de chaque côté de la face intérieure, en passant par la base jusqu'au tube (11), le tube avant de la base (08) et la rondelle plate (diamètre 16 x 8,2 x 2) (07), puis pré-serrez avec l'écrou hexagonal (M8) (14). Remarque : Afin d'éviter tout désalignement dû à un serrage excessif, n'utilisez pas de clé à molette. Un serrage manuel facilitera le montage.
2. Assemblez le tube transversal arrière (13) de l'autre côté de la base, les étapes sont les mêmes que ci-dessus.

③ Détachez quatre tampons en caoutchouc d'un diamètre de 32X8mm (09)

adhésif et collez-les respectivement des deux côtés de l'ensemble du tube avant (08) et du tube transversal arrière (13) de la base (il est recommandé de les coller au centre à 30mm de l'extrémité la plus extérieure)




Étape 2

1. Alignez l'ensemble du tuyau de raccordement du tube vertical (05) avec le trou correspondant dans l'ensemble du tuyau avant (08) de la base, puis

utilisez le bouton prune (M8X8mm) (04) pour serrer.


② Alignez les trous de vis du support incliné de base (06) avec ceux du raccord de tube vertical (05) et du raccord de base (11). Pré-serrez le support incliné de base (06) à travers le tube vertical (11) à l'aide de la vis hexagonale externe (M8 x 32 mm) (10). Raccordez le tube vertical (05) au support incliné de base (06) à l'aide des vis hexagonales externes (M8 x 48 mm) (16). Remarque : Afin d'éviter tout désalignement dû à un serrage excessif, n'utilisez pas de clé à molette. Un serrage manuel facilitera le montage.

③ Serrez avec une clé pour vous assurer que tous les écrous, boulons et composants sont bien fixés en place avant utilisation.



Étape 3

Alignez l'assemblage du tube vertical (03) avec le trou correspondant dans l'assemblage de connexion du tube vertical (05) et serrez avec un bouton à prune (M8X8mm) (04)




Étape 4

Insérez l'ensemble de tuyaux horizontaux (01) dans l'ensemble de tuyaux verticaux (03) de sorte que la partie exposée de l'extrémité arrière soit au-delà ou alignée avec la ligne de limite, puis vissez le bouton prune (M8X27mm) (02) dans le trou de vis correspondant de l'ensemble de tuyaux verticaux (03) et serrez ; Enfin, accrochez l'ensemble d'anneaux (15) entre les colonnes de l'ensemble de tuyaux horizontaux (01) (réglable dans une position confortable).

Le processus d’ assemblage est maintenant terminé.

Une fois l'assemblage terminé, vérifiez et testez les fonctions visuelles et fonctionnelles de l'équipement



Conseils:

1.Une fois l'assemblage terminé, placez le tube transversal arrière (13) de la base sous le lit et déplacez le cintre dans le lit dans son ensemble.
2. Réglez l'anneau dans une position confortable en ajustant l'ensemble anneau (15) pour suspendre le tube transversal (01) entre les poteaux. L'ensemble tube transversal (01) peut également être déplacé dans une position confortable entre la ligne de limite et le poteau en desserrant le bouton prune (M8 x 27 mm) (02) simultanément ou séparément.

OPERATING INSTRUCTIONS

Précautions d'utilisation

- Ne pas dépasser la limite de poids recommandée de 250 lb
- Avant utilisation, assurez-vous que tous les assemblages sont bien serrés et lisez attentivement le mode d'emploi.

CARE AND MAINTENANCE

Nettoyage:

- Essuyez le cadre avec un chiffon doux et sec au moins une fois par semaine.

Si le support entre en contact avec de l'humidité, séchez-le immédiatement.

Avis :

- N'utilisez pas de solvants, de cires abrasives, de produits chimiques caustiques ou de silicone en spray pour nettoyer l'équipement.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs pour nettoyer l'équipement, ils pourraient rayer la finition.
- N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur ou à haute pression pour nettoyer l'équipement.

Entretien:

Pour garantir la sécurité et une utilisation correcte, effectuez les étapes suivantes tous les mois : Vérifiez le serrage et l'usure de toutes les fixations. Remplacez toute fixation usée ou desserrée avant utilisation. Vérifiez que les sièges ne sont ni endommagés ni usés et assurez-vous que les boulons sont bien serrés.
Remplacez tout élément usé ou composants endommagés.
Vérifiez que les roulettes fonctionnent correctement et sont solidement fixées.
Remplacez les roulettes usées ou endommagées.

Fabricant : Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adresse : 2F-2, 3-6F et 7F-1, n° 63, Tongxing East Road, communauté de Yumin, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINE

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Betttrapez


MODELL: FBL900975

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODELL: FBL900975



Hinweis: Das Produktbild dient als Referenz. Die tatsächlichen Details sind maßgebend.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Patiententransferstuhl

Bitte lesen Sie vor der Anwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Operation safety

Bitte bewahren Sie diese Anleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf. Diese Bedienungsanleitung beschreibt die sichere und korrekte Verwendung des Geräts, um Schäden oder Sachschäden für Sie und andere zu vermeiden.

Gefahr

1. Verwenden Sie dieses Produkt oder die verfügbare optionale Ausrüstung nicht, ohne vorher die diese Anweisungen verstehen.
2. Halten Sie Plastiktüten von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
3. Halten Sie Tiere und Kinder stets von der Aufstehhilfe fern
4. Lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen
5. Führen Sie keine provisorischen Reparaturen oder Modifikationen durch
6. Bei beschädigten Teilen nicht verwenden.
7. Lassen Sie einen Patienten während des gesamten Transports nicht unbeaufsichtigt.
8. Verwenden Sie kein Zubehör, wenn es nicht vom Verkäufer getestet oder genehmigt wurde.
9. Stellen Sie sicher, dass der Boden trocken und frei von Hindernissen ist, um versehentliche Stürze bei der Verwendung der Aufstehhilfe zu vermeiden

Warnung

Gewichtskapazität: 250 lbs. Verwenden Sie die Aufstehhilfe niemals für Patienten, die dieses Gewicht überschreiten.








- Betreiben Sie das Gerät nur dort, wo es gemäß allen geltenden örtlichen Gesetzen und Verordnungen zulässig ist.
- Die Verwendung von Stent-AIDS sollte ausschließlich von qualifiziertem Pflegepersonal erfolgen, das in der ordnungsgemäßen Verwendung dieser Geräte geschult ist.








- Die Betttrapezstange sollte nur verwendet werden, um dem Patienten beim Sitzen auf dem Bett zu helfen. Die Stentunterstützung sollte nicht zum Transfer von Patienten von einem Ort zum anderen verwendet werden .
- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Teile auf Transportschäden. Wenn ein Teil beschädigt ist, verwenden Sie es und wenden Sie sich für weitere Anweisungen an VEVOR .
- Bevor Sie die Aufstehhilfe in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß und sicher montiert sind und dass alle Befestigungselemente sicher sind.
- Bevor der Patient zum Transport in die Aufstehhilfe abgesenkt wird, muss die hintere Laufrolle festgestellt werden.
- Vermeiden Sie über Festziehen der Montageteile, da dies zu Schäden an den Montagehalterungen führen kann
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann die Aufstehhilfe umkippen. Lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie jemanden überweisen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Standhilfe längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, da die Oberfläche kann heiß werden.

Nicht für den Transport über längere Strecken verwenden
Nicht zum Sitzen über längere Zeiträume verwenden. Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist, und keine Anbauteile oder Ersatzteile verwenden. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Wartung der Aufstehhilfe und des Zubehörs erforderlich.
Wenn Sie dieses Produkt an jemand anderen weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung mitgeben.


Part List

NOTIZ: Jede Verschluss hat A Ersatzteil In Fall von Notfall.

01.  1 STÜCK	02. M8*25mm  2 STÜCKE	03.  1 STÜCK	04. M8*8mm  5 Stück
05.  1 STÜCK	06.  1 STÜCK	07.  5 Stück	08.  1 STÜCK

09.  5 Stück	10. M8*32mm  1 STÜCK	11.  1 STÜCK	12. M8*60mm  5 Stück
13.  1 STÜCK	14.  5 Stück	15.  1 STÜCK	16. M8*48mm  1 STÜCK
17.  2 STÜCKE	18.  1 STÜCK	19.  5 Stück	

Explosion diagram



Assembly Steps


Schritt1

① Verbinden Sie die beiden äußeren Sechskantschrauben (M8 x 60 mm) (12) von

der Basis mit der Rohrbaugruppe (11) auf beiden Seiten der Innenseite. Führen Sie sie durch die Basis zur Rohrbaugruppe (11), zur vorderen Rohrbaugruppe der Basis (08) und zur Unterlegscheibe (Durchmesser 16 x 8,2 x 2) (07) und ziehen Sie sie mit der Sechskantmutter (M8) (14) vor. Hinweis: Um Fehlausrichtungen durch zu festes Anziehen zu vermeiden, verwenden Sie bitte noch keinen Schraubenschlüssel. Handfest anziehen erleichtert die Montage.

② Montieren Sie das hintere Querrohr (13) der anderen Seite der Basis. Die

Schritte sind dieselben wie oben.
3. Reißen Sie vier Gummipads mit einem Durchmesser von 32 x 8 mm (09) ab und kleben Sie sie auf beide Seiten der vorderen Rohrbaugruppe (08) und des hinteren Querrohrs (13) der Basis (es wird empfohlen, sie in der Mitte 30 mm vom äußersten Ende entfernt aufzukleben).




Schritt 2

① Richten Sie die Standrohr-Verbindungsrohrbaugruppe (05) mit der entsprechenden Öffnung in der vorderen Rohrbaugruppe (08) der Basis aus und ziehen Sie sie dann mit dem Pflaumenknopf (M8 x 8 mm) (04) fest.


② Richten Sie die Schraubenlöcher der Basis-Schrägstützenbaugruppe (06) mit den entsprechenden Löchern der Standrohr-Verbindungsbaugruppe (05) und der Basis-Verbindungsbaugruppe (11) aus und ziehen Sie die Basis-Schrägstützenbaugruppe (06) durch die Basis-Verbindungsrohrbaugruppe (11) mit der Außensechskantschraube (M8 x 32 mm) (10) vor. Verbinden Sie die Rohrbaugruppe (05) mit der Basis-Schrägstützenbaugruppe (06) mit den Außensechskantschrauben (M8 x 48 mm) (16) durch das Standrohr. Hinweis: Um Fehlausrichtungen durch zu festes Anziehen zu vermeiden, verwenden Sie bitte noch keinen Schraubenschlüssel. Handfest anziehen erleichtert die Montage.

3. Mit einem Schraubenschlüssel festziehen, um sicherzustellen, dass alle Muttern, Schrauben und Komponenten vor der Verwendung fest an ihrem Platz sind.



Schritt3

Richten Sie die Standrohrbaugruppe (03) mit der entsprechenden Öffnung in der Standrohrverbindungsbaugruppe (05) aus und ziehen Sie sie mit einem Senkkopf (M8 x 8 mm) (04) fest.




Schritt4

Stecken Sie die horizontale Rohrbaugruppe (01) in die vertikale Rohrbaugruppe (03), sodass der freiliegende Teil des hinteren Endes über die Begrenzungslinie hinausragt oder mit dieser ausgerichtet ist, schrauben Sie dann den Lotknopf (M8 x 27 mm) (02) in das entsprechende Schraubenloch der vertikalen Rohrbaugruppe (03) und ziehen Sie ihn fest; hängen Sie abschließend die Ringbaugruppe (15) zwischen die Säulen der horizontalen Rohrbaugruppe (01) (auf eine bequeme Position einstellbar).

Der Montagevorgang ist nun abgeschlossen.

Nach Abschluss der Montage prüfen und testen Sie die optischen und funktionalen Funktionen des Geräts



Tipps:

1. Nach Abschluss der Montage das hintere Querrohr (13) des Untergestells unter das Bett legen und den Aufhänger als Ganzes in das Bett einschieben.
2. Stellen Sie den Ring in eine bequeme Position ein, indem Sie die Ringbaugruppe (15) so einstellen, dass die Querrohrbaugruppe (01) zwischen den Pfosten hängt. Die Querrohrbaugruppe (01) kann auch in

eine bequeme Position zwischen der Begrenzungslinie und dem Pfosten gebracht werden, indem Sie den Pflaumenknopf (M8X27mm) (02) gleichzeitig oder separat lösen.

OPERATING INSTRUCTIONS

Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb

- Überschreiten Sie nicht das empfohlene Gewichtslimit von 250 lbs
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Baugruppen fest angezogen sind und lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch

CARE AND MAINTENANCE

Reinigung:

- Wischen Sie den Rahmen mindestens einmal pro Woche mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wenn die Aufstehhilfe in Kontakt kommt mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen ist, trocknen Sie es sofort ab.

Beachten :

- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Lösungsmittel, Scheuerwachse, ätzenden Chemikalien oder Silikonsprays.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel, da diese die Oberfläche zerkratzen könnten.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Geräte keine Dampf- oder Hochdruckreiniger.

Wartung:

Um die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten, führen Sie monatlich die folgenden Schritte durch: Überprüfen Sie alle Befestigungselemente auf festen Sitz und Verschleiß. Ersetzen Sie verschlissene oder lose Befestigungselemente vor Gebrauch. Überprüfen Sie die Sitzbaugruppen auf Beschädigungen oder Verschleiß und stellen Sie sicher, dass

die Schrauben fest angezogen sind. Ersetzen Sie alle verschlissenen oder beschädigte Komponenten.
Überprüfen Sie, ob die Rollen ordnungsgemäß funktionieren und sicher befestigt sind. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Rollen.

Hersteller: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adresse: 2F-2, 3-6F & 7F-1, Nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar


MODEL: FBL900975

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODEL: FBL900975



Let op: De productfoto is ter referentie, de werkelijke details zijn doorslaggevend.

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

Hartelijk dank dat u hiervoor heeft gekozen Patiëntenoverdrachtsstoel

Lees de volledige instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

Operation safety

Leg deze handleiding op een plek waar u hem gemakkelijk kunt controleren en bewaar hem op de juiste manier. Deze instructiehandleiding geeft duidelijk aan hoe u de apparatuur veilig en correct kunt gebruiken, om schade of verlies van eigendommen voor u en anderen te voorkomen.

Gevaar

1. Gebruik dit product of de optionele apparatuur die beschikbaar is niet zonder eerst de gebruiksaanwijzing volledig te lezen en deze instructies begrijpen.
2. Houd plastic zakken uit de buurt van kinderen om verstikking te voorkomen.
3. Houd dieren en kinderen altijd uit de buurt van de stand assist
4. Bewaar het product niet in de buurt van warmtebronnen
5. Voer geen provisorische reparaties of wijzigingen uit
6. Gebruik het niet als er onderdelen beschadigd zijn.
7. Laat een patiënt nooit alleen tijdens het transport.
8. Gebruik geen accessoires die niet door de verkoper zijn getest of goedgekeurd.
9. Zorg ervoor dat de grond droog is en dat er geen obstakels zijn om te voorkomen dat u per ongeluk valt tijdens het gebruik van de sta-assistent.

Waarschuwing

Draagvermogen: 250 lbs. Gebruik de stahulp nooit voor patiënten die dit gewicht overschrijden.

- Gebruik het apparaat alleen als dit is toegestaan volgens de plaatselijke wetten en verordeningen.
- Alleen gekwalificeerde verzorgers die getraind zijn in het juiste gebruik van stenthulpmiddelen, mogen deze gebruiken.
- De Bed Trapeze Bar mag alleen worden gebruikt om de patiënt te helpen op het bed te zitten. Stent-assistentie mag niet worden gebruikt om patiënten van de ene naar de andere locatie te verplaatsen .

- Controleer alle onderdelen op transportschade voordat u het apparaat gebruikt. Als een onderdeel beschadigd is, mag u het niet opnieuw gebruiken. gebruik het en neem contact op met VEVOR voor verdere instructies.
- Voordat u de stand assist gebruikt, moet u ervoor zorgen dat alle onderdelen goed en stevig zijn gemonteerd. en dat alle bevestigingsmiddelen goed vastzitten.
- Voordat u de patiënt in de sta-op-hulp laat zakken voor transport, moet het achterste zwenkwiel worden vergrendeld.
- Vermijd over het aandraaien van de bevestigingsmaterialen, omdat dit schade aan de montagebeugels kan veroorzaken
- De stand assist kan omvallen als deze verkeerd wordt gebruikt. Lees en volg de gebruiksaanwijzing voordat u iemand overplaatst.
- Wees voorzichtig als u de standaard gedurende langere tijd in direct zonlicht laat staan, omdat het oppervlak kan heet worden.

Niet gebruiken voor transport over lange afstanden








Gebruik dit product niet om er langdurig op te zitten. Gebruik dit product niet als het beschadigd is en gebruik geen hulpstukken of vervangende onderdelen.








Regelmatig onderhoud van de standhulp en accessoires is noodzakelijk om een goede werking te garanderen.

Als u dit product aan iemand anders geeft, moet u ook de handleiding van deze eigenaar meesturen.


Part List

OPMERKING: Elk bevestigingsmiddel heeft A reserveonderdeel in geval van noodgeval.

01.  1 STUKS	02. M8*25mm  2 STUKS	03.  1 STUKS	04. M8*8mm  5 STUKS
05.  1 STUKS	06.  1 STUKS	07.  5 STUKS	08.  1 STUKS

09.  5 STUKS	10. M8*32mm  1 STUKS	11.  1 STUKS	12. M8*60mm  5 STUKS
13.  1 STUKS	14.  5 STUKS	15.  1 STUKS	16. M8*48mm  1 STUKS
17.  2 STUKS	18.  1 STUKS	19.  5 STUKS	

Explosion diagram



Assembly Steps

Stap 1

① Verbind de twee buitenste zeskantschroeven (M8X60mm) (12) van de basis


met de buisconstructie (11) aan beide zijden van de binnenkant, respectievelijk, door de basis naar de buisconstructie (11), de voorste buisconstructie van de basis (08) en de platte ring (diameter 16X 8,2X2) (07), en draai ze voor met de zeskantmoer (M8) (14). Let op: Om verkeerde uitlijning door te vastdraaien te voorkomen, mag u de sleutel op dit moment niet gebruiken. Handmatig vastdraaien zal helpen om een eenvoudige montage te garanderen.)

② Monteer de achterste dwarsbuis (13) aan de andere kant van de basis, de

stappen zijn dezelfde als hierboven.

③ Scheur vier rubberen pads af met een diameter van 32X8mm (09) lijm en plak

ze aan beide zijden van de voorste buisconstructie (08) en de achterste dwarsbuis (13) van de basis (het wordt aanbevolen om ze in het midden te plakken op 30mm afstand van het buitenste uiteinde)



Stap 2

① Lijn de standpijpverbindingsbuisconstructie (05) uit met het


overeenkomstige gat in de voorste buisconstructie (08) van de basis en gebruik vervolgens de pruimknop (M8X8mm) (04) om vast te draaien.

② Lijn de schroefgaten van de schuine basissteun (06) uit met de

overeenkomstige gaten van de standpijpverbindingsconstructie (05) en de basisverbindingsconstructie (11), en draai de schuine basissteun (06) vooraf vast door de basisverbindingspijp (11) met de buitenzeskantschroef (M8X32mm) (10). Verbind de pijpconstructie (05) met de schuine basissteun (06) door de standpijp te gebruiken met de buitenzeskantschroeven (M8X48mm) (16). Let op: Om verkeerde uitlijning door te strak aandraaien te voorkomen, mag u de sleutel op dit moment niet gebruiken. Handmatig vastdraaien zal helpen om de montage te vergemakkelijken.)


③ Draai de bouten, moeren en onderdelen vast met een sleutel voordat u

ze gebruikt.



Stap 3

Lijn de standpijpconstructie (03) uit met het overeenkomstige gat in de standpijpverbindingsconstructie (05) en draai vast met een pruimknop (M8X8mm) (04)




Stap 4

Plaats de horizontale buisconstructie (01) in de verticale buisconstructie (03) zodat het blootgestelde deel van het achterste uiteinde zich voorbij of uitgelijnd met de grenslijn bevindt, schroef vervolgens de pruimknop (M8X27mm) (02) in het overeenkomstige schroefgat van de verticale buisconstructie (03) en draai vast; Hang ten slotte de ringconstructie (15) tussen de kolommen van de horizontale buisconstructie (01) (verstelbaar tot een comfortabele positie).

Het montageproces is nu voltooid.

Nadat de montage is voltooid, controleert en test u de visuele en functionele functies van de apparatuur



Tips:

1. Nadat de montage is voltooid, plaatst u de achterste dwarsbuis (13) van de basis onder het bed en beweegt u de hanger als geheel in het bed.
2. Stel de ring in op een comfortabele positie door de ringconstructie (15) aan te passen om de dwarsbuisconstructie (01) tussen de palen te hangen; De dwarsbuisconstructie (01) kan ook in een comfortabele positie tussen de grenslijn en de paal worden gebracht door de pruimknop (M8X27mm)

(02) gelijktijdig of afzonderlijk los te draaien.

OPERATING INSTRUCTIONS

Voorzorgsmaatregelen voor de bediening

- Overschrijd de aanbevolen gewichtslimiet van 250 lbs niet
- Controleer voor gebruik of alle onderdelen goed vastzitten en lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

CARE AND MAINTENANCE

Schoonmaak:

- Veeg het frame minstens één keer per week af met een zachte, droge doek.

Als de standhulp in contact komt met met vocht, droog het dan onmiddellijk.

Kennisgeving :

- Gebruik geen oplosmiddelen, schurende wassoorten, bijtende chemicaliën of siliconenspray om de apparatuur schoon te maken.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om de apparatuur schoon te maken. Deze kunnen krassen op de afwerking veroorzaken.
- Gebruik geen stoom- of hogedrukreinigers om de apparatuur schoon te maken.

Onderhoud:

Om de veiligheid en het juiste gebruik te garanderen, dient u maandelijks de volgende stappen uit te voeren: Controleer alle bevestigingsmiddelen op stevigheid en slijtage. Vervang versleten of losse bevestigingsmiddelen voor gebruik. Controleer de stoelconstructies op schade of slijtage en zorg ervoor dat de bouten goed vastzitten. Vervang versleten of beschadigde componenten. Controleer of de wielen goed werken en stevig vastzitten. Vervang versleten of beschadigde wielen.

Fabrikant: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adres: 2F-2, 3-6F & 7F-1, nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Säng trapetsbar


MODELL: FBL900975

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODELL: FBL900975



Obs: Produktbilden är för referens, de faktiska detaljerna ska råda

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Tack så mycket för att du valde detta Patient T ransfer C hår

Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Operation safety

Vänligen lägg den här bruksanvisningen på en plats som är lätt att kontrollera och förvara den på rätt sätt. Denna bruksanvisning visar tydligt hur man använder utrustningen på ett säkert och korrekt sätt, för att förhindra skada eller förlust av egendom som orsakas av dig och andra.

Fara

1. Använd inte denna produkt eller någon tillgänglig tillvalsutrustning utan att först ha läst igenom och förstå dessa instruktioner.
2. Håll plastpåsar borta från barn för att förhindra kvävning.
3. Håll alltid djur och barn borta från stativet
4. Förvara inte produkten i närheten av värmekällor
5. Utför inga provisoriska reparationer eller modifieringar
6. Använd den inte om delar är skadade.
7. Lämna inte en patient utan uppsikt under någon del av transporten.
8. Använd inte tillbehör om de inte har testats eller godkänts av säljaren.
9. Se till att marken är torr utan hinder för att förhindra oavsiktliga fall när du använder stativhjälpen

Varning

Viktkapacitet: 250 lbs. Använd aldrig stativhjälpen för patienter som överstiger denna vikt.

- Använd endast där det är tillåtet enligt alla tillämpliga lokala lagar och förordningar.
- Endast kvalificerade vårdgivare utbildade i korrekt användning av stent AIDS bör använda dem.
- Bed Trapeze Bar ska endast användas för att hjälpa patienten att sitta på sängen. Stenthjälp ska inte användas för att överföra patienter från en plats till en annan .
- Innan du använder utrustningen, kontrollera alla delar för fraktskador. Om någon del är skadad, gör det inte använd den och kontakta VEVOR för ytterligare instruktioner.

- Innan du använder stativhjälpen, se till att alla komponenter är korrekt och säkert monterade och att alla fästen är säkra.
- Det bakre hjulet måste låsas innan patienten sänks ner i stativet för transport.
- Undvik över dra åt monteringsbeslag eftersom detta kan orsaka skador på monteringsfästen
- Stativhjälpen kan välta om den används felaktigt. Läs och följ bruksanvisningen innan du överför någon.
- Var försiktig om du lämnar stativet i direkt solljus under en längre tid som dess yta kan bli varm.












Använd inte för transport över långa avstånd





Använd inte i syfte att sitta under långa längre perioder Använd inte denna produkt om den är skadad och använd inte tillbehör eller ersättningsdelar Regelbundet underhåll av stativhjälp och tillbehör är nödvändigt för att säkerställa korrekt funktion.

Om du ger den här produkten till någon annan måste du inkludera denna bruksanvisning.


Part List

NOTERA: Varje fästelement har a reservdel i c ase av nödsituation.

01.  1 st	02. M8*25mm  2 st	03.  1 st	04. M8*8mm  5 st
05.  1 st	06.  1 st	07.  5 st	08.  1 st
09.  5 st	10. M8*32mm  1 st	11.  1 st	12. M8*60mm  5 st

13.  1 st	14.  5 st	15.  1 st	16. M8*48mm  1 st
17.  2 st	18.  1 st	19.  5 st	

Explosion diagram



Assembly Steps

Steg 1


① Anslut de två yttre sexkantskruvarna (M8X60mm) (12) från basen till

rörmonteringen (11) på båda sidor av innersidan, genom basen till tubmonteringen (11), den främre rörmonteringen av basen (08) och den platta brickan (diameter 2X2X)-8. sexkantsmutter (M8) (14). Obs: För att undvika felinställning på grund av

överdragning, använd inte skiftnyckeln just nu. Manuell fastsättning för tillfället hjälper till att säkerställa enkel montering.)

② Montera det bakre tvärgående röret (13) på den andra sidan av basen, stegen är desamma som ovan.

③ Riv av fyra gummikuddar med en diameter på 32X8 mm (09) lim och klistra in dem på båda sidor av den främre rörenheten (08) respektive det bakre tvärgående röret (13) på basen (det rekommenderas att klistra in dem i mitten 30 mm från den yttersta änden)




Steg 2

① Rikta in ståndrörets anslutningsrörenhet (05) med motsvarande hål i den främre rörenheten (08) på basen och använd sedan plommonknoppen (M8X8mm) (04) för att dra åt.

② Rikta in skruvhålen på den lutande basenheten (06) med motsvarande hål i ståndrörets anslutningsenhet (05) och basanslutningsenheten (11),


och förskruva den lutande basenheten (06) genom basanslutningsrörsenheten (11) med den externa sexkantskruven (MX132mm). Anslut rörenheten (05) till den lutande basenheten (06) med hjälp av de yttre sexkantsskruvarna (M8X48mm) (16) genom ståndröret. Obs: För att undvika felinställning på grund av överdragning, använd inte skiftnyckeln just nu. Manuell fastsättning för tillfället hjälper till att säkerställa enkel montering.)

③ Dra åt med en skiftnyckel för att säkerställa att alla muttrar, bultar och komponenter är säkrade på plats före användning.



Steg 3

Rikta in ståndrörsenheten (03) med motsvarande hål i ståndrörsanslutningen (05) och dra åt med en plommonknopp (M8X8mm) (04)




Steg 4

Sätt in den horisontella rörenheten (01) i den vertikala rörenheten (03) så att den exponerade delen av bakänden är bortom eller i linje med gränslinjen, skruva sedan plommonknoppen (M8X27mm) (02) i motsvarande skruvhål på den vertikala rörenheten (03) och dra åt; Häng slutligen ringenheten (15) mellan pelarna på den horisontella rörenheten (01) (justerbar till en bekväm position).

Monteringsprocessen är nu klar.

Efter att monteringen är klar, kontrollera och testa utrustningens visuella och funktionella funktioner



Tips:

1. När monteringen är klar, placera det bakre tvärgående röret (13) på basen under sängen och flytta hängaren in i sängen som helhet.
2. Justera ringen till en bekväm position genom att justera ringenheten (15) för att hänga den tvärgående rörenheten (01) mellan stolparna; Tvärrörsenheten (01) kan också flyttas till en bekväm position mellan gränslinjen och stolpen genom att lossa plommonknoppen (M8X27mm) (02) samtidigt eller separat

OPERATING INSTRUCTIONS

Försiktighetsåtgärder vid drift

- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen på 250 lbs
- Före användning, se till att alla enheter är ordentligt åtdragna och läs noggrant igenom bruksanvisningen

CARE AND MAINTENANCE

Rengöring:

- Torka av ramen med en mjuk torr trasa minst en gång i veckan. Om stativhjälpen kommer i kontakt med fukt, torka den omedelbart.

Observera :

- Använd inte lösningsmedel, slipande vaxer, frätande kemikalier eller spraysilikon för att rengöra utrustningen.
- Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra utrustningen, de kan repa finishen.
- Använd inte ånga eller högtryckstvätt för att rengöra utrustningen.

Underhåll:

För att säkerställa säkerhet och korrekt användning, utför följande steg varje månad: Kontrollera att alla fästelement är täta och slitna. Byt ut slitna eller lösa fästen före användning. Kontrollera sätesenheterna för skador eller slitage och se till att bultarna är åtdragna. Byt ut eventuella slitna eller skadade komponenter. Kontrollera att hjulen fungerar korrekt och är säkert fastsatta. Byt ut slitna eller skadade hjul

Tillverkare: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adress: 2F-2, 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, KINA
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Barra trapezio letto


MODELLO: FBL900975

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODELLO: FBL900975



Nota: l'immagine del prodotto è di riferimento, i dettagli effettivi prevarranno

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questo Trasferimento del paziente C hair

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

Operation safety

Si prega di conservare questo manuale in un luogo facile da consultare e di conservarlo correttamente. Questo manuale di istruzioni indica chiaramente come utilizzare l'attrezzatura in modo sicuro e corretto, in modo da prevenire qualsiasi danno o perdita di proprietà causata a voi e ad altri.

Pericolo

1. Non utilizzare questo prodotto o qualsiasi apparecchiatura opzionale disponibile senza prima aver letto e compreso completamente comprendere queste istruzioni.
2. Tenere i sacchetti di plastica lontano dalla portata dei bambini per evitare il soffocamento.
3. Tenere sempre animali e bambini lontani dal supporto di assistenza
4. Non conservare il prodotto in prossimità di fonti di calore
5. Non effettuare riparazioni o modifiche improvvisate
6. Non utilizzarlo se alcune parti sono danneggiate.
7. Non lasciare mai il paziente incustodito durante nessuna fase del trasporto.
8. Non utilizzare accessori che non siano stati testati o approvati dal Venditore.
9. Assicurarsi che il terreno sia asciutto e senza ostacoli per evitare cadute accidentali durante l'utilizzo dell'assistenza in piedi

Avvertimento

Capacità di peso: 250 libbre. Non utilizzare mai l'assistenza in piedi per pazienti che superano questo peso.

- Utilizzare solo dove consentito dalle leggi e dalle ordinanze locali applicabili.
- Gli stent-AIDS devono essere utilizzati solo da personale sanitario qualificato e formato sull'uso corretto.
- La barra trapezia del letto deve essere utilizzata solo per aiutare il paziente a sedersi sul letto. L'assistenza dello stent non deve essere utilizzata per trasferire i pazienti da una posizione all'altra .

- Prima di utilizzare l'attrezzatura, controllare che tutte le parti non siano danneggiate durante la spedizione. Se una parte è danneggiata, non utilizzalo e contatta VEVOR per ulteriori istruzioni.
- Prima di utilizzare il supporto di supporto, assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente e saldamente e che tutti gli elementi di fissaggio siano ben fissati.
- Prima di adagiare il paziente sul supporto per il trasporto, è necessario bloccare la rotella posteriore.
- Evitare di esagerare serraggio dell'hardware di montaggio poiché ciò potrebbe danneggiare le staffe di montaggio
- Il supporto di supporto potrebbe ribaltarsi se utilizzato in modo non corretto. Leggere e attenersi alle istruzioni per l'uso prima di trasferire chiunque.
- Prestare attenzione se si lascia il supporto sotto la luce diretta del sole per un periodo prolungato poiché la sua superficie potrebbe diventare caldo.








Non utilizzare per il trasporto su lunghe distanze








Non utilizzare per sedersi per lunghi periodi di tempo. Non utilizzare questo prodotto se è danneggiato e non utilizzare accessori o parti sostitutive. Per garantirne il corretto funzionamento è necessaria una manutenzione regolare del supporto e degli accessori.

Se si cede il prodotto a qualcun altro, è necessario includere anche questo manuale d'uso.


Part List

NOTA: Ogni il dispositivo di fissaggio ha UN pezzo di ricambio In caso Di emergenza.

01.  1 PZ	02. M8*25mm  2 PZ	03.  1 PZ	04. M8*8mm  5 PZ
05.  1 PZ	06.  1 PZ	07.  5 PZ	08.  1 PZ

09.  5 PZ	10. M8*32mm  1 PZ	11.  1 PZ	12. M8*60mm  5 PZ
13.  1 PZ	14.  5 PZ	15.  1 PZ	16. M8*48mm  1 PZ
17.  2 PZ	18.  1 PZ	19.  5 PZ	

Explosion diagram




Assembly Steps

Passo 1

① Collegare le due viti esagonali esterne (M8X60mm) (12) dalla base al gruppo tubo (11) su entrambi i lati del lato interno, rispettivamente, attraverso la base al gruppo tubo (11), il gruppo tubo anteriore della base (08) e la rondella piatta (diametro 16X 8,2X2) (07), e pre-serrare con il dado esagonale (M8) (14). Nota: per evitare disallineamenti dovuti a serraggio eccessivo, non utilizzare la chiave in questo momento. Il fissaggio manuale per ora aiuterà a garantire un facile assemblaggio.)

② Montare il tubo trasversale posteriore (13) dell'altro lato della base, i passaggi sono gli stessi di cui sopra.

③ Strappare quattro cuscinetti in gomma con un diametro di 32X8mm (09) adesivo e incollarli su entrambi i lati del gruppo tubo anteriore (08) e del tubo trasversale posteriore (13) della base rispettivamente (si consiglia di incollarli al centro a 30mm di distanza dall'estremità più esterna)




Passo 2

① Allineare il gruppo tubo di collegamento del tubo verticale (05) con il foro corrispondente nel gruppo tubo anteriore (08) della base, quindi utilizzare la manopola a prugna (M8X8mm) (04) per serrare.


② Allineare i fori delle viti del gruppo di supporto inclinato di base (06) con i fori corrispondenti del gruppo di collegamento del tubo verticale (05) e del gruppo di collegamento di base (11), quindi pre-serrare il gruppo di supporto inclinato di base (06) attraverso il gruppo di tubi di collegamento di base (11) con la vite esagonale esterna (M8X32mm) (10). Collegare il gruppo di tubi (05) al gruppo di supporto inclinato di base (06) utilizzando le viti esagonali esterne (M8X48mm) (16) attraverso il tubo verticale. Nota: per evitare disallineamenti dovuti a serraggio eccessivo, non utilizzare la chiave in questo momento. Per ora, il fissaggio manuale contribuirà a garantire un facile montaggio.)

③ Stringere con una chiave per assicurarsi che tutti i dadi, i bulloni e i componenti siano fissati in posizione prima dell'uso.



Passo 3

Allineare il gruppo tubo di supporto (03) con il foro corrispondente nel gruppo di collegamento tubo di supporto (05) e serrare con una manopola a pressione (M8X8mm) (04)




Passo 4

Inserire il gruppo tubo orizzontale (01) nel gruppo tubo verticale (03) in modo che la parte esposta dell'estremità posteriore sia oltre o allineata con la linea di limite, quindi avvitare la manopola a prugna (M8X27mm) (02) nel foro della vite corrispondente del gruppo tubo verticale (03) e serrare; Infine, appendere il gruppo anello (15) tra le colonne del gruppo tubo orizzontale (01) (regolabile in una posizione comoda).

Il processo di assemblaggio è ora completato.

Dopo aver completato il montaggio, controllare e testare le funzioni visive e

funzionali dell'attrezzatura



Suggerimenti:

1. Dopo aver completato il montaggio, posizionare il tubo trasversale posteriore (13) della base sotto il letto e spostare l'attaccapanni nel letto nel suo complesso.
2. Regolare l'anello in una posizione comoda regolando il gruppo anello (15) per appendere il gruppo tubo trasversale (01) tra i pali; il gruppo tubo trasversale (01) può anche essere spostato in una posizione comoda tra la linea di limite e il palo allentando la manopola a prugna (M8X27mm) (02)

simultaneamente o separatamente

OPERATING INSTRUCTIONS

Precauzioni operative

- Non superare il limite di peso consigliato di 250 libbre
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i gruppi siano ben serrati e leggere attentamente le istruzioni per l'uso

CARE AND MAINTENANCE

Pulizia:

- Pulisci il telaio con un panno morbido e asciutto almeno una volta alla settimana. Se il supporto entra in contatto con umidità, asciugarlo immediatamente.

Avviso :

- Non utilizzare solventi, cere abrasive, prodotti chimici caustici o silicone spray per pulire l'attrezzatura.
- Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire l'attrezzatura, potrebbero graffiare la finitura.
- Non utilizzare pulitori a vapore o ad alta pressione per pulire l'attrezzatura.

Manutenzione:

Per garantire la sicurezza e un uso corretto, eseguire mensilmente i seguenti passaggi: Controllare tutti i dispositivi di fissaggio per verificarne la tenuta e l'usura. Sostituire eventuali dispositivi di fissaggio usurati o allentati prima dell'uso. Controllare i gruppi dei sedili per eventuali danni o usura e assicurarsi che i bulloni siano serrati. Sostituire eventuali parti usurate o componenti danneggiati. Controllare che le rotelle funzionino correttamente e siano fissate saldamente. Sostituire le rotelle usurate o danneggiate

Produttore: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Indirizzo: 2F-2, 3-6F e 7F-1, n. 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CINA
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Barra de trapecio para cama


MODELO: FBL900975

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODELO: FBL900975



Nota: La imagen del producto es de referencia, prevalecerán los detalles reales.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir esto. Paciente Transferencia C cabello

Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.

Operation safety

Guarde este manual en un lugar fácil de consultar y guárdelo adecuadamente. Este manual de instrucciones indica claramente cómo usar el equipo de forma segura y correcta para evitar daños o pérdidas materiales, tanto para usted como para terceros.

Peligro

1. No utilice este producto ni ningún equipo opcional disponible sin antes leer y entender completamente las instrucciones. Entendiendo estas instrucciones.
2. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar asfixia.
3. Mantenga siempre a los animales y a los niños alejados del soporte de asistencia.
4. No almacene el producto cerca de fuentes de calor.
5. No realice ninguna reparación o modificación improvisada.
6. No lo utilice si alguna pieza está dañada.
7. No deje a un paciente desatendido durante ninguna parte del transporte.
8. No utilice accesorios si no han sido probados o aprobados por el Vendedor.
9. Asegúrese de que el suelo esté seco y sin obstáculos para evitar caídas accidentales mientras utiliza la asistencia del soporte.

Advertencia

Capacidad de peso: 250 lb. Nunca utilice el dispositivo de asistencia para estar de pie con pacientes que superen este peso.

- Operar únicamente donde esté permitido de acuerdo con todas las leyes y ordenanzas locales aplicables.
- Sólo cuidadores calificados y capacitados en el uso adecuado de los stents deben utilizarlos.
- La barra trapezoidal de la cama solo debe usarse para ayudar al paciente a sentarse en la cama. La asistencia con stent no debe utilizarse para trasladar a los pacientes de un lugar a otro .

- Antes de usar el equipo, revise todas las piezas para detectar daños durante el envío. Si alguna pieza está dañada, no la retire. Úselo y comuníquese con VEVOR para obtener más instrucciones.
- Antes de utilizar el soporte de asistencia, asegúrese de que todos los componentes estén montados de forma correcta y segura. y que todos los sujetadores estén seguros.
- La rueda trasera debe bloquearse antes de bajar al paciente a la posición de soporte para su transporte.
- Evite el exceso Apretar los herrajes de montaje ya que esto puede causar daños a los soportes de montaje
- El soporte auxiliar puede volcarse si se utiliza incorrectamente. Lea y siga las instrucciones de uso. Antes de transferir a alguien.
- Tenga cuidado si deja el soporte de asistencia bajo la luz solar directa durante un período prolongado, ya que su superficie Puede calentarse.












No utilizar para fines de transporte a largas distancias.





No lo utilice con el propósito de sentarse durante períodos prolongados. No utilice este producto si está dañado y no utilice accesorios ni piezas de repuesto. El mantenimiento periódico del soporte de asistencia y de los accesorios es necesario para garantizar un funcionamiento correcto.

Si le da este producto a otra persona, debe incluir este manual del propietario.


Part List

NOTA: Cada El sujetador tiene a pieza de recambio en caso de emergencia.

01.  1 pieza	02. M8*25mm  2 piezas	03.  1 pieza	04. M8*8mm  5 piezas
05.  1 pieza	06.  1 pieza	07.  5 piezas	08.  1 pieza
09. 	10. M8*32mm 	11. 	12. M8*60mm 

5 piezas	1 pieza	1 pieza	5 piezas
13.  1 pieza	14.  5 piezas	15.  1 pieza	dieciséis. M8*48mm  1 pieza
17.  2 piezas	18.  1 pieza	19.  5 piezas	

Explosion diagram




Assembly Steps

Paso 1

① Conecte los dos tornillos hexagonales exteriores (M8 x 60 mm) (12) desde la base hasta el conjunto del tubo (11) a ambos lados del lado interior, respectivamente, a través de la base hasta el conjunto del tubo (11), el conjunto del tubo frontal de la base (08) y la arandela plana (diámetro 16 x 8,2 x 2 mm) (07), y apriételos previamente con la tuerca hexagonal (M8) (14). Nota: Para evitar desalineaciones por un apriete excesivo, no utilice la llave inglesa en este momento. El apriete manual por ahora facilitará el montaje.

② Ensamble el tubo transversal trasero (13) del otro lado de la base, los pasos son los mismos que los anteriores.

③ Retire cuatro almohadillas de goma con un diámetro de 32X8 mm (09) adhesivas y péguelas en ambos lados del conjunto del tubo frontal (08) y el tubo transversal trasero (13) de la base respectivamente (se recomienda pegarlas en el centro a 30 mm del extremo más externo)




Paso 2

① Alinee el conjunto de tubería de conexión del tubo vertical (05) con el orificio correspondiente en el conjunto de tubería frontal (08) de la base y luego use la perilla de plomada (M8X8mm) (04) para apretar.


② Alinee los orificios para tornillos del conjunto de soporte inclinado de la base (06) con los orificios correspondientes del conjunto de conexión del tubo vertical (05) y del conjunto de conexión de la base (11). Preapriete el conjunto de soporte inclinado de la base (06) a través del conjunto del tubo de conexión de la base (11) con el tornillo hexagonal externo (M8 x 32 mm) (10). Conecte el conjunto del tubo (05) al conjunto de soporte inclinado de la base (06) utilizando los tornillos hexagonales externos (M8 x 48 mm) (16) a través del tubo vertical. Nota: Para evitar desalineaciones por un apriete excesivo, no utilice la llave inglesa en este momento. El apriete manual por ahora facilitará el montaje.

③ Apriete con una llave para asegurarse de que todas las tuercas, pernos y componentes estén asegurados en su lugar antes de usar.



Paso 3

Alinee el conjunto del tubo vertical (03) con el orificio correspondiente en el conjunto de conexión del tubo vertical (05) y apriete con una perilla de plomada (M8X8 mm) (04)




Paso 4

Inserte el conjunto de tubería horizontal (01) en el conjunto de tubería vertical (03) de manera que la parte expuesta del extremo posterior quede más allá o alineada con la línea límite, luego atornille la perilla de plomada (M8X27mm) (02) en el orificio de tornillo correspondiente del conjunto de tubería vertical (03) y apriete; Finalmente, cuelgue el conjunto de anillo (15) entre las columnas del conjunto de tubería horizontal (01) (ajustable a una posición cómoda).

El proceso de montaje ahora está completo.

Una vez finalizado el montaje, verifique y pruebe las funciones visuales y funcionales del equipo.



Consejos:

1. Una vez finalizado el montaje, coloque el tubo transversal trasero (13) de la base debajo de la cama y mueva la percha hacia el interior de la cama en su conjunto.
2. Ajuste el anillo a una posición cómoda ajustando el conjunto del anillo (15) para colgar el conjunto de tubo transversal (01) entre los postes; El conjunto de tubo transversal (01) también se puede mover a una posición

cómoda entre la línea de límite y el poste aflojando la perilla de plomada (M8X27mm) (02) simultáneamente o por separado.

OPERATING INSTRUCTIONS

Precauciones de operación

- No exceda el límite de peso recomendado de 250 libras.
- Antes de usar, asegúrese de que todos los conjuntos estén bien apretados y lea atentamente las instrucciones de funcionamiento.

CARE AND MAINTENANCE

Limpieza:

- Limpie el marco con un paño suave y seco al menos una vez a la semana. Si el soporte de asistencia entra en contacto Con humedad, secar inmediatamente.

Aviso :

- No utilice disolventes, ceras abrasivas, productos químicos cáusticos ni silicona en aerosol para limpiar el equipo.
- No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el equipo, podrían rayar el acabado.
- No utilice limpiadores a vapor o de alta presión para limpiar el equipo.

Mantenimiento:

Para garantizar la seguridad y el uso adecuado, realice los siguientes pasos mensualmente: Revise todos los sujetadores para ver si están apretados y desgastados. Reemplace los sujetadores desgastados o sueltos antes de usar. Revise los conjuntos de asientos para detectar daños o desgaste, y asegúrese de que los pernos estén bien apretados. Reemplace cualquier pieza desgastada o componentes dañados.

Compruebe que las ruedas funcionen correctamente y estén bien sujetas. Reemplace las ruedas desgastadas o dañadas.

Fabricante: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd.
Dirección: 2F-2, 3-6F y 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Comunidad Yumin, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support