VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar


MODEL: FBL900977

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODEL: FBL900977



Note:The product picture is for reference, the actual details shall prevail

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this Patient Transfer Chair

Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

Operation safety

Please put this manual in a place easy to check and keep it properly. This instruction manual clearly indicates how to use the equipment safely and correctly, so as to prevent any harm or property loss caused fro you and others.

Danger

Warning

Weight Capacity: 350 lbs. Never use the stand assist for patients exceeding this weight.

- Only operate where permitted according to all applicable local laws and ordinances.
- Only qualified caregivers trained in the proper use of stent AIDS should use them.
- The Bed Trapeze Bar should only be used to assist the patient to sit on the bed. Stent assistance should not be used to transfer patients from one location to another.
- Before using the equipment, check all parts for shipping damage. If any part is damaged, do not use it, and contact VEVOR for further instructions.
- Before operating the stand assist, ensure that all components are properly and securely assembled and that all fasteners are secure.
- The rear caster must be locked before lowering the patient into the stand assist for transport.
- Avoid over tightening mounting hardware as this may cause damage to mounting brackets
- The stand assist may tip over if used incorrectly. Read and adhere to the operating instructions before transferring anyone.
- Exercise caution if leaving the stand assist under direct sunlight for an extended period as its surface may become hot.





Do not use for the purpose of transportation over long distances

Do no use for the purpose of seating over long extended periods Do not use this product if it is damaged, and do not use attachments or substitute parts Regular

maintenance of stand assist and accessories is necessary to ensure proper operation.


If you give this product to someone else, must include this owner's manual.

Part List

01.  1PCS	02.  1PCS	03.  1PCS	04. M8*8mm  5PCS
05.  1PCS	06.  5PCS	07.  1PCS	08.  1PCS
09.  1PCS	10.  1PCS	11.  5PCS	

NOTE: Some fasteners will have an emergency spare part .


Explosion diagram



Assembly Steps

Step1


① Tear the Φ32X8mm (06) backing glue of four rubber pads and paste them on the right component of the support foot (05) and the left component of the support foot (07) respectively at the appropriate positions at both ends (it is recommended to paste them in the center 60mm and 860mm away from the non-wheel end).
(2) Place the right component (05) of the support foot parallel to the right component (07) of the support foot at the appropriate position (0.7m recommended); Then insert one foot of the connecting tube assembly (08) into the left component of the supporting foot (07) in the direction shown, then tilt the connecting tube assembly (08), move the right component of the supporting foot (05) to the other foot of the connecting tube assembly (08), and insert; Tighten with a plum knob (M8X8mm) (04).



Step2

① Align the upper tube assembly (02) with the corresponding hole position of the connecting tube assembly (08), and then tighten it with the strong pull pin knob (01);

② Hang the lifting ring assembly (03) between the columns of the upper pipe assembly (02).



Tips：

After the assembly is complete, place the right component of the support foot (05) and the left component of the support foot (07) under the bed, and move the hanger into the bed as a whole. The lifting ring can be adjusted to a comfortable position by adjusting the lifting ring assembly (03) between the columns of the upper pipe assembly (02).

Loosen the power pull pin knob (01) (without screwing out), then pull the power pull pin knob (01), and raise or lower (between 1 and 3 limit lines) the upper tube assembly (02) about 2cm, release the hand pulling the power pull pin knob (01), then continue to move in the previous lifting direction until stuck. The overall height of the hanger can be adjusted through this operation

OPERATING INSTRUCTIONS

Operation Precautions

- Do not exceed the recommended weight limit of 350 lbs
- Before use, make sure all assemblies are securely tightened and thoroughly read the operating instructions

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning:

- Wipe down the frame with a soft dry cloth at least once a week. If the stand assist comes into contact with moisture, dry it immediately.

Notice:

- Do not use solvents, abrasive waxes, caustic chemicals or spray silicone to clean the equipment.
- Do not use abrasive cleansers to clean the equipment, they could scratch the finish.
- Do not use steam or high-pressure cleaners to clean the equipment.

Maintenance:

To ensure safety and proper use, perform the following steps monthly: Check all fasteners for tightness and wear. Replace any worn or loose fasteners before use.
Check the seat assemblies for damage or wear, and ensure bolts are tight. Replace any worn or damaged components.
Check the casters are functioning correctly and securely attached. Replace any worn or damaged casters

Manufacturer: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Address: 2F-2, 3-6F & 7F-1, No. 63,Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Trapez do łóżka


MODEL: FBL900977

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODEL: FBL900977



Uwaga: Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy, decydujące znaczenie mają rzeczywiste szczegóły.

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Dziękujemy bardzo za wybranie tego Przeniesienie pacjenta C włosy
Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Zawarte w niej informacje pomogą w osiągnięciu najlepszych możliwych rezultatów.

Operation safety

Proszę umieścić tę instrukcję w miejscu łatwym do sprawdzenia i przechowywać ją prawidłowo. Niniejsza instrukcja obsługi jasno wskazuje, jak bezpiecznie i prawidłowo korzystać ze sprzętu, aby zapobiec wszelkim szkodom lub stratom materialnym spowodowanym przez Ciebie i innych.

Niebezpieczeństwo

Ostrzeżenie

Nośność: 350 funtów. Nigdy nie używaj pomocy w staniu dla pacjentów przekraczających tę wagę.

- Należy korzystać wyłącznie z urządzeń dozwolonych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
- Tylko wykwalifikowani opiekunowie, przeszkoleni w zakresie prawidłowego stosowania stentu AIDS, powinni go używać.
- Belka trapezowa do łóżka powinna być używana wyłącznie w celu pomocy pacjentowi w siadaniu na łóżku. Wspomaganie stentem nie powinno być używane do przenoszenia pacjentów z jednego miejsca do drugiego .
- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie części nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Jeżeli jakakolwiek część jest uszkodzona, nie należy jej używać. użyj go i skontaktuj się z VEVOR w celu uzyskania dalszych instrukcji.
- Przed użyciem wspomagania stania upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo i bezpiecznie zmontowane. i że wszystkie zapięcia są bezpieczne.
- Przed opuszczeniem pacjenta na podnośnik ułatwiający transport, należy zablokować tylne kółko.
- Unikaj ponad dokręcanie elementów montażowych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie uchwytów montażowych
- Wspomaganie stania może się przewrócić, jeśli zostanie użyte nieprawidłowo. Przeczytaj i przestrzegaj instrukcji obsługi. przed przeniesieniem kogokolwiek.






- Należy zachować ostrożność, jeśli stojak będzie wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, ponieważ jego powierzchnia może się nagrzać.

Nie używać do transportu na duże odległości.

Nie należy używać produktu w celu siedzenia przez dłuższy czas. Nie należy używać produktu, jeśli jest uszkodzony, ani stosować żadnych dodatków lub części zamiennych. Regularna konserwacja układu wspomagającego stanie i akcesoriów jest konieczna w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.


Jeśli przekazujesz ten produkt innej osobie, koniecznie dołącz do niego instrukcję obsługi.

Part List

01.  1PCS	02.  1PCS	03.  1PCS	04. M8*8mm  5PCS
05.  1PCS	06.  5PCS	07.  1PCS	08.  1PCS
09.  1PCS	10.  1PCS	11.  5PCS	

NOTATKA: Niektóre elementy złączne posiadają awaryjną część zamienną .

Explosion diagram




Assembly Steps

Krok 1

① Oderwij klej podkładowy φ32X8mm (06) z czterech podkładek gumowych i przyklej je odpowiednio do prawego elementu stopy podporowej (05) i lewego elementu stopy podporowej (07) w odpowiednich miejscach na obu końcach (zaleca się przyklejenie ich na środku w odległości 60 mm i 860 mm od końca bez koła).


(2) Umieść prawy komponent (05) stopki podporowej równolegle do prawego komponentu (07) stopki podporowej w odpowiedniej pozycji (zalecane 0,7 m); Następnie włóż jedną stopę zespołu rury łączącej (08) do lewego komponentu stopy podporowej (07) w pokazanym kierunku, po czym przechyl zespół rury łączącej (08), przesuń prawy komponent stopy podporowej (05) do drugiej stopki zespołu rury łączącej (08) i włóż; Dokręć śrubą imbusową (M8X8mm) (04).



Krok 2

① Wyrównaj górny zespół rur (02) z odpowiednim otworem zespołu rur łączących (08), a następnie dokręć go za pomocą pokrętła mocującego sworznia (01);

② Zawieś zespół pierścienia podnoszącego (03) pomiędzy kolumnami zespołu górnej rury (02).



Porady:

Po zakończeniu montażu umieść prawy element podpory (05) i lewy element podpory (07) pod łóżkiem i przesuń wieszak do łóżka jako całość.

Pierścień podnoszący można ustawić w wygodnej pozycji, regulując zespół pierścienia podnoszącego (03) między kolumnami zespołu górnej rury (02).

Poluzuj pokrętło sworznia pociągowego (01) (bez wykręcania), następnie pociągnij pokrętło sworznia pociągowego (01) i podnieś lub opuść (między liniami granicznymi 1 i 3) górny zespół rurowy (02) o około 2 cm, zwolnij rękę ciągnącą pokrętło sworznia pociągowego (01), a następnie kontynuuj ruch w poprzednim kierunku podnoszenia, aż do zablokowania. Całkowitą wysokość wieszaka można regulować za pomocą tej operacji.

OPERATING INSTRUCTIONS

Środki ostrożności podczas operacji

- Nie przekraczać zalecanego limitu wagi 350 funtów
- Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie elementy montażowe są solidnie dokręcone i dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

CARE AND MAINTENANCE

Czyszczenie:

- Przetrzyj ramę miękką, suchą ściereczką przynajmniej raz w tygodniu. Jeżeli dojdzie do kontaktu wspornika ze stojakiem, z wilgocią, natychmiast wysuszyć.

Ogłoszenie :

- Do czyszczenia sprzętu nie należy używać rozpuszczalników, ściernych wosków, żrących środków chemicznych ani silikonu w sprayu.
- Do czyszczenia sprzętu nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych, gdyż mogą zarysować powierzchnię.
- Do czyszczenia sprzętu nie należy używać myjek parowych ani wysokociśnieniowych.

Konserwacja:

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie, należy co miesiąc wykonywać następujące czynności: Sprawdź wszystkie zapięcia pod kątem

szczelności i zużycia. Wymień wszelkie zużyte lub luźne zapięcia przed użyciem.

Sprawdź zespoły siedzeń pod kątem uszkodzeń lub zużycia i upewnij się, że śruby są dokręcone. Wymień zużyte lub uszkodzone elementy.

Sprawdź, czy kółka działają prawidłowo i są bezpiecznie zamocowane. Wymień zużyte lub uszkodzone kółka

Producent: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adres: 2F-2, 3-6F i 7F-1, nr 63, Tongxing East Road, społeczność Yumin, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINY
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Betttrapez


MODELL: FBL900977

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODELL: FBL900977



Hinweis: Das Produktbild dient als Referenz. Die tatsächlichen Details sind maßgebend.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Patiententransferstuhl

Bitte lesen Sie vor der Anwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Operation safety

Bitte bewahren Sie diese Anleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf. Diese Bedienungsanleitung beschreibt die sichere und korrekte Verwendung des Geräts, um Schäden oder Sachschäden für Sie und andere zu vermeiden.

Gefahr

Warnung

Gewichtskapazität: 350 lbs. Verwenden Sie die Aufstehhilfe niemals für Patienten, die dieses Gewicht überschreiten.

- Betreiben Sie das Gerät nur dort, wo es gemäß allen geltenden örtlichen Gesetzen und Verordnungen zulässig ist.
- Die Verwendung von Stent-AIDS sollte ausschließlich von qualifiziertem Pflegepersonal erfolgen, das in der ordnungsgemäßen Verwendung dieser Geräte geschult ist.
- Die Betttrapezstange sollte nur verwendet werden, um dem Patienten beim Sitzen auf dem Bett zu helfen. Die Stentunterstützung sollte nicht zum Transfer von Patienten von einem Ort zum anderen verwendet werden .
- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Teile auf Transportschäden. Wenn ein Teil beschädigt ist, verwenden Sie es und wenden Sie sich für weitere Anweisungen an VEVOR .
- Bevor Sie die Aufstehhilfe in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß und sicher montiert sind und dass alle Befestigungselemente sicher sind.
- Bevor der Patient zum Transport in die Aufstehhilfe abgesenkt wird, muss die hintere Laufrolle festgestellt werden.
- Vermeiden Sie über Festziehen der Montageteile, da dies zu Schäden an den Montagehalterungen führen kann
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann die Aufstehhilfe umkippen. Lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie jemanden überweisen.





- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Standhilfe längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, da die Oberfläche kann heiß werden.

Nicht für den Transport über längere Strecken verwenden

Nicht zum Sitzen über längere Zeiträume verwenden. Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist, und keine Anbauteile oder Ersatzteile verwenden. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Wartung der Aufstehhilfe und des Zubehörs erforderlich.


Wenn Sie dieses Produkt an jemand anderen weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung mitgeben.

Part List

01.  1PCS	02.  1PCS	03.  1PCS	04. M8*8mm  5PCS
05.  1PCS	06.  5PCS	07.  1PCS	08.  1PCS
09.  1PCS	10.  1PCS	11.  5PCS	

NOTIZ: Für einige Befestigungselemente gibt es ein Notfall-Ersatzteil .

Explosion diagram




Assembly Steps

Schritt1

1. Reißen Sie den Trägerkleber ϕ32X8mm (06) von vier Gummipads ab und


kleben Sie sie auf die rechte Komponente des Stützfußes (05) und die linke Komponente des Stützfußes (07) jeweils an den entsprechenden Positionen an beiden Enden (es wird empfohlen, sie in der Mitte 60 mm und 860 mm vom Ende ohne Räder entfernt aufzukleben).
(2) Platzieren Sie die rechte Komponente (05) des Stützfußes parallel zur rechten Komponente (07) des Stützfußes an der entsprechenden Stelle (0,7 m empfohlen); Stecken Sie dann einen Fuß der Verbindungsrohrbaugruppe (08) in die linke Komponente des Stützfußes (07) in der gezeigten Richtung, kippen Sie dann die Verbindungsrohrbaugruppe (08), verschieben Sie die rechte Komponente des Stützfußes (05) zum anderen Fuß der Verbindungsrohrbaugruppe (08) und stecken Sie sie ein; ziehen Sie sie mit einem Senkkopf (M8 x 8 mm) (04) fest.



Schritt 2

① Richten Sie die obere Rohrbaugruppe (02) an der entsprechenden Lochposition der Verbindungsrohrbaugruppe (08) aus und ziehen Sie sie dann mit dem starken Zugstiftknopf (01) fest.

② Hängen Sie die Heberingbaugruppe (03) zwischen die Säulen der oberen Rohrbaugruppe (02).



Tipps:

Nach Abschluss der Montage platzieren Sie den rechten Teil des Stützfußes (05) und den linken Teil des Stützfußes (07) unter dem Bett und schieben den Aufhänger als Ganzes in das Bett. Der Hebering kann durch Verstellen der Heberingbaugruppe (03) zwischen den Säulen der oberen Rohrbaugruppe (02) in eine bequeme Position gebracht werden.

Lösen Sie den Power-Pull-Pin-Knopf (01) (ohne ihn herauszuschrauben), ziehen Sie dann am Power-Pull-Pin-Knopf (01) und heben oder senken Sie die obere Rohrbaugruppe (02) um ca. 2 cm (zwischen den Begrenzungslinien 1 und 3). Lassen Sie die Hand los, die am Power-Pull-Pin-Knopf (01) gezogen hat, und bewegen Sie die Stange weiter in die vorherige Hubrichtung, bis sie festsitzt. Die Gesamthöhe des Aufhängers kann dadurch eingestellt werden.

OPERATING INSTRUCTIONS

Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb

- Überschreiten Sie nicht das empfohlene Gewichtslimit von 350 lbs
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Baugruppen fest angezogen sind und lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch

CARE AND MAINTENANCE

Reinigung:

- Wischen Sie den Rahmen mindestens einmal pro Woche mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wenn die Aufstehhilfe in Kontakt kommt mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen ist, trocknen Sie es sofort ab.

Beachten :

- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Lösungsmittel, Scheuerwachse, ätzenden Chemikalien oder Silikonsprays.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel, da diese die

Oberfläche zerkratzen könnten.

- Verwenden Sie zum Reinigen der Geräte keine Dampf- oder Hochdruckreiniger.

Wartung:

Um die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten, führen Sie monatlich die folgenden Schritte durch: Überprüfen Sie alle Befestigungselemente auf festen Sitz und Verschleiß. Ersetzen Sie verschlissene oder lose Befestigungselemente vor Gebrauch. Überprüfen Sie die Sitzbaugruppen auf Beschädigungen oder Verschleiß und stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind. Ersetzen Sie alle verschlissenen oder beschädigte Komponenten.
Überprüfen Sie, ob die Rollen ordnungsgemäß funktionieren und sicher befestigt sind. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Rollen.

Hersteller: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adresse: 2F-2, 3-6F & 7F-1, Nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Barre trapèze de lit


MODÈLE: FBL900977

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODÈLE: FBL900977



Remarque : l'image du produit est à titre de référence, les détails réels prévalent

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Merci beaucoup d'avoir choisi ceci Chaise de transfert de patient

Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Les informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Operation safety

Veuillez conserver ce manuel dans un endroit facile à consulter et le conserver soigneusement. Ce manuel d'instructions explique clairement comment utiliser l'équipement correctement et en toute sécurité, afin d'éviter tout dommage matériel, pour vous et autrui.

Danger

Avertissement

Capacité de poids : 350 lb. N'utilisez jamais l'assistance au support pour les patients dépassant ce poids.

- N'utilisez ce produit que là où cela est autorisé par toutes les lois et ordonnances locales applicables.
- Seuls les soignants qualifiés et formés à l’ utilisation appropriée des stents AIDS doivent les utiliser.
- La barre trapèze du lit ne doit être utilisée que pour aider le patient à s'asseoir sur le lit. L'utilisation d'un stent ne doit pas servir à transférer le patient d'un endroit à un autre .
- Avant d'utiliser l'équipement, vérifiez que toutes les pièces n'ont pas été endommagées pendant le transport. Si une pièce est endommagée, ne utilisez-le et contactez VEVOR pour plus d'instructions.
- Avant d'utiliser l'assistance au support, assurez-vous que tous les composants sont correctement et solidement assemblés et que toutes les fixations sont sécurisées.
- La roulette arrière doit être verrouillée avant d'abaisser le patient dans le support pour le transport.
- Évitez de trop serrer le matériel de montage car cela pourrait endommager les supports de montage
- Le support de béquille peut basculer s'il est mal utilisé. Veuillez lire et respecter les instructions d'utilisation. avant de transférer qui que ce soit.





- Soyez prudent si vous laissez le support sous la lumière directe du soleil pendant une période prolongée, car sa surface peut devenir chaud.

Ne pas utiliser pour le transport sur de longues distances

Ne pas utiliser pour s'asseoir pendant de longues périodes. N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé et n'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange. Un entretien régulier du support et des accessoires est nécessaire pour garantir un bon fonctionnement.


Si vous donnez ce produit à quelqu'un d'autre, vous devez inclure ce manuel du propriétaire.

Part List

01.  1PCS	02.  1PCS	03.  1PCS	04. M8*8mm  5PCS
05.  1PCS	06.  5PCS	07.  1PCS	08.  1PCS
09.  1PCS	10.  1PCS	11.  5PCS	

NOTE: Certaines fixations auront une pièce de rechange d'urgence .

Explosion diagram




Assembly Steps

Étape 1

1 Déchirez la colle de support ϕ32X8mm (06) des quatre tampons en caoutchouc


et collez-les respectivement sur le composant droit du pied de support (05) et le composant gauche du pied de support (07) aux positions appropriées aux deux extrémités (il est recommandé de les coller au centre à 60 mm et 860 mm de l'extrémité non-roue).

(2) Placez le composant droit (05) du pied de support parallèlement au composant droit (07) du pied de support à la position appropriée (0,7 m recommandé) ; Insérez ensuite un pied de l'ensemble de tube de connexion (08) dans le composant gauche du pied de support (07) dans la direction indiquée, puis inclinez l'ensemble de tube de connexion (08), déplacez le composant droit du pied de support (05) vers l'autre pied de l'ensemble de tube de connexion (08) et insérez ; Serrez avec un bouton à prune (M8X8mm) (04).



Étape 2

1. Alignez l'ensemble du tube supérieur (02) avec la position du trou correspondant de l'ensemble du tube de connexion (08), puis serrez-le avec le bouton de la goupille de traction solide (01) ;
2. Accrochez l'ensemble de l'anneau de levage (03) entre les colonnes de l'ensemble de tuyau supérieur (02).



Conseils:

Une fois l'assemblage terminé, placez les parties droite et gauche du pied de support (05) sous le lit, puis insérez le cintre dans le lit. L'anneau de levage peut être ajusté confortablement en ajustant l'anneau de levage (03) entre les colonnes du tube supérieur (02).

Desserrez la molette de traction (01) (sans la dévisser), puis tirez dessus et soulevez ou abaissez (entre 1 et 3 lignes de fin de course) le tube supérieur (02) d'environ 2 cm. Relâchez la main qui tire la molette (01), puis continuez le mouvement de levage dans le sens précédent jusqu'au blocage. Cette opération permet de régler la hauteur totale du cintre.

OPERATING INSTRUCTIONS

Précautions d'utilisation

- Ne pas dépasser la limite de poids recommandée de 350 lb
- Avant utilisation, assurez-vous que tous les assemblages sont bien serrés et lisez attentivement le mode d'emploi.

CARE AND MAINTENANCE

Nettoyage:

- Essuyez le cadre avec un chiffon doux et sec au moins une fois par semaine.

Si le support entre en contact avec de l'humidité, séchez-le immédiatement.

Avis :

- N'utilisez pas de solvants, de cires abrasives, de produits chimiques caustiques ou de silicone en spray pour nettoyer l'équipement.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs pour nettoyer l'équipement, ils pourraient rayer la finition.
- N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur ou à haute pression pour nettoyer l'équipement.

Entretien:

Pour garantir la sécurité et une utilisation correcte, effectuez les étapes suivantes

tous les mois : Vérifiez le serrage et l'usure de toutes les fixations. Remplacez toute fixation usée ou desserrée avant utilisation. Vérifiez que les sièges ne sont ni endommagés ni usés et assurez-vous que les boulons sont bien serrés.
Remplacez tout élément usé ou composants endommagés.
Vérifiez que les roulettes fonctionnent correctement et sont solidement fixées.
Remplacez les roulettes usées ou endommagées.

Fabricant : Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adresse : 2F-2, 3-6F et 7F-1, n° 63, Tongxing East Road, communauté de Yumin, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINE
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar


MODEL: FBL900977

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODEL: FBL900977



Let op: De productfoto is ter referentie, de werkelijke details zijn doorslaggevend.

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

Hartelijk dank dat u hiervoor heeft gekozen Patiëntenoverdrachtsstoel
Lees de volledige instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

Operation safety

Leg deze handleiding op een plek waar u hem gemakkelijk kunt controleren en bewaar hem op de juiste manier. Deze instructiehandleiding geeft duidelijk aan hoe u de apparatuur veilig en correct kunt gebruiken, om schade of verlies van eigendommen voor u en anderen te voorkomen.

Gevaar







Waarschuwing

Draagvermogen: 350 lbs. Gebruik de stahulp nooit voor patiënten die dit gewicht overschrijden.

- Gebruik het apparaat alleen als dit is toegestaan volgens de plaatselijke wetten en verordeningen.
- Alleen gekwalificeerde verzorgers die getraind zijn in het juiste gebruik van stenthulpmiddelen, mogen deze gebruiken.
- De Bed Trapeze Bar mag alleen worden gebruikt om de patiënt te helpen op het bed te zitten. Stent-assistentie mag niet worden gebruikt om patiënten van de ene naar de andere locatie te verplaatsen .
- Controleer alle onderdelen op transportschade voordat u het apparaat gebruikt. Als een onderdeel beschadigd is, mag u het niet opnieuw gebruiken. gebruik het en neem contact op met VEVOR voor verdere instructies.
- Voordat u de stand assist gebruikt, moet u ervoor zorgen dat alle onderdelen goed en stevig zijn gemonteerd. en dat alle bevestigingsmiddelen goed vastzitten.
- Voordat u de patiënt in de sta-op-hulp laat zakken voor transport, moet het achterste zwenkwiel worden vergrendeld.
- Vermijd over het aandraaien van de bevestigingsmaterialen, omdat dit schade aan de montagebeugels kan veroorzaken
- De stand assist kan omvallen als deze verkeerd wordt gebruikt. Lees en volg de gebruiksaanwijzing voordat u iemand overplaatst.
- Wees voorzichtig als u de standaard gedurende langere tijd in direct zonlicht laat staan, omdat het oppervlak kan heet worden.


Niet gebruiken voor transport over lange afstanden
Gebruik dit product niet om er langdurig op te zitten. Gebruik dit product niet als het beschadigd is en gebruik geen hulpstukken of vervangende onderdelen.
Regelmatig onderhoud van de standhulp en accessoires is noodzakelijk om een goede werking te garanderen.
Als u dit product aan iemand anders geeft, moet u ook de handleiding van deze eigenaar meesturen.

Part List

01.  1PCS	02.  1PCS	03.  1PCS	04. M8*8mm  5PCS
05.  1PCS	06.  5PCS	07.  1PCS	08.  1PCS
09.  1PCS	10.  1PCS	11.  5PCS	

OPMERKING: Voor sommige bevestigingsmiddelen is er een reserveonderdeel voor noodgevallen .

Explosion diagram




Assembly Steps

Stap 1

① Scheur de ϕ32X8mm (06) achterkantlijm van vier rubberen pads en plak ze respectievelijk op het rechteronderdeel van de steunvoet (05) en het linkeronderdeel van de steunvoet (07) op de juiste posities aan beide uiteinden (het wordt aanbevolen om ze in het midden te plakken op 60 mm en 860 mm afstand van het uiteinde dat niet aan het wiel vastzit).


(2) Plaats het rechteronderdeel (05) van de steunvoet parallel aan het rechteronderdeel (07) van de steunvoet op de juiste positie (0,7 m aanbevolen); Plaats vervolgens één voet van de verbindingsbuisconstructie (08) in het linkeronderdeel van de steunvoet (07) in de aangegeven richting, kantel vervolgens de verbindingsbuisconstructie (08), verplaats het rechteronderdeel van de steunvoet (05) naar de andere voet van de verbindingsbuisconstructie (08) en plaats; Draai vast met een pruimknop (M8X8mm) (04).



Stap 2

① Lijn de bovenste buisconstructie (02) uit met de overeenkomstige gatpositie van de verbindingsbuisconstructie (08) en draai deze vervolgens vast met de sterke trekpenknop (01);

② Hang de hijsringconstructie (03) tussen de kolommen van de bovenste buisconstructie (02).



Tips:

Nadat de montage is voltooid, plaatst u het rechteronderdeel van de steunvoet (05) en het linkeronderdeel van de steunvoet (07) onder het bed en verplaatst u de hanger als geheel in het bed. De hijsring kan worden aangepast naar een comfortabele positie door de hijsringmontage (03) tussen de kolommen van de bovenste buismontage (02) aan te passen.

Draai de power pull pin knop (01) los (zonder deze los te draaien), trek vervolgens de power pull pin knop (01) uit en verhoog of verlaag (tussen 1

en 3 grenslijnen) de bovenste buisconstructie (02) ongeveer 2 cm, laat de hand los die aan de power pull pin knop (01) trekt en beweeg vervolgens verder in de vorige hefrichting totdat deze vastzit. De algehele hoogte van de hanger kan via deze handeling worden aangepast

OPERATING INSTRUCTIONS

Voorzorgsmaatregelen voor de bediening

- Overschrijd de aanbevolen gewichtslimiet van 350 lbs niet
- Controleer voor gebruik of alle onderdelen goed vastzitten en lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

CARE AND MAINTENANCE

Schoonmaak:

- Veeg het frame minstens één keer per week af met een zachte, droge doek.

Als de standhulp in contact komt met met vocht, droog het dan onmiddellijk.

Kennisgeving :

- Gebruik geen oplosmiddelen, schurende wassoorten, bijtende chemicaliën of siliconenspray om de apparatuur schoon te maken.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om de apparatuur schoon te maken. Deze kunnen krassen op de afwerking veroorzaken.
- Gebruik geen stoom- of hogedrukreinigers om de apparatuur schoon te maken.

Onderhoud:

Om de veiligheid en het juiste gebruik te garanderen, dient u maandelijks de volgende stappen uit te voeren: Controleer alle bevestigingsmiddelen op stevigheid en slijtage. Vervang versleten of losse bevestigingsmiddelen voor gebruik. Controleer de stoelconstructies op schade of slijtage en zorg ervoor dat de bouten goed vastzitten. Vervang versleten of beschadigde componenten. Controleer of de wielen goed werken en stevig vastzitten. Vervang versleten of beschadigde wielen.

Fabrikant: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adres: 2F-2, 3-6F & 7F-1, nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Säng trapetsbar


MODELL: FBL900977

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODELL: FBL900977



Obs: Produktbilden är för referens, de faktiska detaljerna ska råda

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Tack så mycket för att du valde detta Patient T ransfer C hår

Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Operation safety

Vänligen lägg den här bruksanvisningen på en plats som är lätt att kontrollera och förvara den på rätt sätt. Denna bruksanvisning visar tydligt hur man använder utrustningen på ett säkert och korrekt sätt, för att förhindra skada eller förlust av egendom som orsakas av dig och andra.

Fara

Varning

Viktkapacitet: 350 lbs. Använd aldrig stativhjälpen för patienter som överstiger denna vikt.






- Använd endast där det är tillåtet enligt alla tillämpliga lokala lagar och förordningar.
- Endast kvalificerade vårdgivare utbildade i korrekt användning av stent AIDS bör använda dem.
- Bed Trapeze Bar ska endast användas för att hjälpa patienten att sitta på sängen. Stenthjälp ska inte användas för att överföra patienter från en plats till en annan .
- Innan du använder utrustningen, kontrollera alla delar för fraktskador. Om någon del är skadad, gör det inte använd den och kontakta VEVOR för ytterligare instruktioner.
- Innan du använder stativhjälpen, se till att alla komponenter är korrekt och säkert monterade och att alla fästen är säkra.
- Det bakre hjulet måste låsas innan patienten sänks ner i stativet för transport.
- Undvik över dra åt monteringsbeslag eftersom detta kan orsaka skador på monteringsfästen
- Stativhjälpen kan välta om den används felaktigt. Läs och följ bruksanvisningen innan du överför någon.
- Var försiktig om du lämnar stativet i direkt solljus under en längre tid som dess yta kan bli varm.

Använd inte för transport över långa avstånd

Använd inte i syfte att sitta under långa längre perioder Använd inte denna produkt om den är skadad och använd inte tillbehör eller ersättningsdelar Regelbundet


underhåll av stativhjälp och tillbehör är nödvändigt för att säkerställa korrekt funktion.
Om du ger den här produkten till någon annan måste du inkludera denna bruksanvisning.

Part List

01.  1PCS	02.  1PCS	03.  1PCS	04. M8*8mm  5PCS
05.  1PCS	06.  5PCS	07.  1PCS	08.  1PCS
09.  1PCS	10.  1PCS	11.  5PCS	

NOTERA: Vissa fästelement kommer att ha en reservdel för nödsituationer .


Explosion diagram



Assembly Steps

Steg 1


① Riv ϕ32X8mm (06) stödlimmet på fyra gummikuddar och klistra in dem på den högra komponenten av stödfoten (05) respektive den vänstra komponenten av stödfoten (07) i lämpliga lägen i båda ändar (det rekommenderas att klistra in dem i mitten 60 mm och 860 mm från den icke-hjuliga änden).
(2) Placera den högra komponenten (05) av stödfoten parallellt med den högra komponenten (07) av stödfoten i lämplig position (0,7 m rekommenderas); Sätt sedan in en fot av anslutningsrörsenheten (08) i den vänstra komponenten av stödfoten (07) i den riktning som visas, luta sedan anslutningsrörsenheten (08), flytta den högra komponenten av stödfoten (05) till den andra foten av anslutningsrörsenheten (08), och sätt in; Dra åt med en plommonknopp (M8X8mm) (04).



Steg 2

① Rikta in den övre rörenheten (02) med motsvarande hålposition för anslutningsrörenheten (08), och dra sedan åt den med den kraftiga dragstiftsknoppen (01);

② Häng upp lyftringsenheten (03) mellan pelarna på den övre rörenheten (02).



Tips:

När monteringen är klar, placera den högra komponenten av stödfoten (05) och den vänstra komponenten av stödfoten (07) under sängen och flytta hängaren in i sängen som helhet. Lyftringen kan justeras till ett bekvämt läge genom att justera lyftringsenheten (03) mellan pelarna på den övre rörenheten (02).

Lossa ratten för kraftdragstift (01) (utan att skruva ur), dra sedan i ratten för dragstift (01), och höj eller sänk (mellan 1 och 3 gränslinjer) den övre rörenheten (02) cirka 2 cm, släpp handen genom att dra i kraftdragsstiftens vredet (01), fortsätt sedan att flytta i föregående lyftriktning tills den fastnar. Den totala höjden på hängaren kan justeras genom denna operation

OPERATING INSTRUCTIONS

Försiktighetsåtgärder vid drift

- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen på 350 lbs
- Före användning, se till att alla enheter är ordentligt åtdragna och läs noggrant igenom bruksanvisningen

CARE AND MAINTENANCE

Rengöring:

- Torka av ramen med en mjuk torr trasa minst en gång i veckan. Om stativhjälpen kommer i kontakt med fukt, torka den omedelbart.

Observera :

- Använd inte lösningsmedel, slipande vaxer, frätande kemikalier eller spraysilikon för att rengöra utrustningen.
- Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra utrustningen, de kan repa finishen.
- Använd inte ånga eller högtryckstvätt för att rengöra utrustningen.

Underhåll:

För att säkerställa säkerhet och korrekt användning, utför följande steg varje månad: Kontrollera att alla fästelement är täta och slitna. Byt ut slitna eller lösa fästen före användning. Kontrollera sätesenheterna för skador eller slitage och se till att bultarna är åtdragna. Byt ut eventuella slitna eller skadade komponenter. Kontrollera att hjulen fungerar korrekt och är säkert fastsatta. Byt ut slitna eller skadade hjul

Tillverkare: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Adress: 2F-2, 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, KINA
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Barra de trapecio para cama


MODELO: FBL900977

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODELO: FBL900977



Nota: La imagen del producto es de referencia, prevalecerán los detalles reales.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir esto. Paciente Transferencia C cabello

Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.

Operation safety

Guarde este manual en un lugar fácil de consultar y guárdelo adecuadamente. Este manual de instrucciones indica claramente cómo usar el equipo de forma segura y correcta para evitar daños o pérdidas materiales, tanto para usted como para terceros.

Peligro







Advertencia

Capacidad de peso: 350 lb. Nunca utilice el dispositivo de asistencia para estar de pie con pacientes que superen este peso.

- Operar únicamente donde esté permitido de acuerdo con todas las leyes y ordenanzas locales aplicables.
- Sólo cuidadores calificados y capacitados en el uso adecuado de los stents deben utilizarlos.
- La barra trapezoidal de la cama solo debe usarse para ayudar al paciente a sentarse en la cama. La asistencia con stent no debe utilizarse para trasladar a los pacientes de un lugar a otro .
- Antes de usar el equipo, revise todas las piezas para detectar daños durante el envío. Si alguna pieza está dañada, no la retire. Úselo y comuníquese con VEVOR para obtener más instrucciones.
- Antes de utilizar el soporte de asistencia, asegúrese de que todos los componentes estén montados de forma correcta y segura. y que todos los sujetadores estén seguros.
- La rueda trasera debe bloquearse antes de bajar al paciente a la posición de soporte para su transporte.
- Evite el exceso Apretar los herrajes de montaje ya que esto puede causar daños a los soportes de montaje
- El soporte auxiliar puede volcarse si se utiliza incorrectamente. Lea y siga las instrucciones de uso. Antes de transferir a alguien.
- Tenga cuidado si deja el soporte de asistencia bajo la luz solar directa durante un período prolongado, ya que su superficie Puede calentarse.


No utilizar para fines de transporte a largas distancias.
No lo utilice con el propósito de sentarse durante períodos prolongados. No utilice este producto si está dañado y no utilice accesorios ni piezas de repuesto. El mantenimiento periódico del soporte de asistencia y de los accesorios es necesario para garantizar un funcionamiento correcto.
Si le da este producto a otra persona, debe incluir este manual del propietario.

Part List

01.  1PCS	02.  1PCS	03.  1PCS	04. M8*8mm  5PCS
05.  1PCS	06.  5PCS	07.  1PCS	08.  1PCS
09.  1PCS	10.  1PCS	11.  5PCS	

NOTA: Algunos sujetadores tendrán un repuesto de emergencia .

Explosion diagram




Assembly Steps

Paso 1

① Retire el pegamento de respaldo de ϕ32X8 mm (06) de las cuatro almohadillas de goma y péguelas en el componente derecho del pie de soporte (05) y en el componente izquierdo del pie de soporte (07) respectivamente en las posiciones adecuadas en ambos extremos (se recomienda pegarlas en el centro a 60 mm y 860 mm del extremo sin rueda).


(2) Coloque el componente derecho (05) del pie de soporte paralelo al componente derecho (07) del pie de soporte en la posición adecuada (se recomienda 0,7 m); luego inserte un pie del conjunto del tubo de conexión (08) en el componente izquierdo del pie de soporte (07) en la dirección que se muestra, luego incline el conjunto del tubo de conexión (08), mueva el componente derecho del pie de soporte (05) al otro pie del conjunto del tubo de conexión (08) e inserte; Apriete con una perilla de plomada (M8X8mm) (04).



Paso 2

① Alinee el conjunto del tubo superior (02) con la posición del orificio correspondiente del conjunto del tubo de conexión (08) y luego apriételo con la perilla del pasador de tracción fuerte (01);

② Cuelgue el conjunto del anillo de elevación (03) entre las columnas del conjunto de tubería superior (02).



Consejos:

Una vez finalizado el montaje, coloque los componentes derecho e izquierdo del pie de apoyo (05) y (07) debajo de la cama, y deslice el colgador hacia la cama. El anillo de elevación se puede ajustar a una posición cómoda ajustando el conjunto del anillo de elevación (03) entre las columnas del conjunto de tubería superior (02).

Afloje la perilla del pasador de tracción (01) (sin desenroscarla), tire de ella y suba o baje (entre las líneas 1 y 3) el conjunto del tubo superior (02)

unos 2 cm. Suelte la mano tirando de la perilla del pasador de tracción (01) y continúe moviéndose en la dirección de elevación anterior hasta que se bloquee. La altura total de la percha se puede ajustar mediante esta operación.

OPERATING INSTRUCTIONS

Precauciones de operación

- No exceda el límite de peso recomendado de 350 libras.
- Antes de usar, asegúrese de que todos los conjuntos estén bien apretados y lea atentamente las instrucciones de funcionamiento.

CARE AND MAINTENANCE

Limpieza:

- Limpie el marco con un paño suave y seco al menos una vez a la semana. Si el soporte de asistencia entra en contacto Con humedad, secar inmediatamente.

Aviso :

- No utilice disolventes, ceras abrasivas, productos químicos cáusticos ni silicona en aerosol para limpiar el equipo.
- No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el equipo, podrían rayar el acabado.
- No utilice limpiadores a vapor o de alta presión para limpiar el equipo.

Mantenimiento:

Para garantizar la seguridad y el uso adecuado, realice los siguientes pasos mensualmente: Revise todos los sujetadores para ver si están apretados y desgastados. Reemplace los sujetadores desgastados o sueltos antes de usar. Revise los conjuntos de asientos para detectar daños o desgaste, y asegúrese de que los pernos estén bien apretados. Reemplace cualquier pieza desgastada o componentes dañados.

Compruebe que las ruedas funcionen correctamente y estén bien sujetas. Reemplace las ruedas desgastadas o dañadas.

Fabricante: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd.
Dirección: 2F-2, 3-6F y 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Comunidad Yumin, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Barra trapezio letto


MODELLO: FBL900977

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bed Trapeze Bar

MODELLO: FBL900977



Nota: l'immagine del prodotto è di riferimento, i dettagli effettivi prevarranno

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questo Trasferimento del paziente C hair

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

Operation safety

Si prega di conservare questo manuale in un luogo facile da consultare e di conservarlo correttamente. Questo manuale di istruzioni indica chiaramente come utilizzare l'attrezzatura in modo sicuro e corretto, in modo da prevenire qualsiasi danno o perdita di proprietà causata a voi e ad altri.

Pericolo

Avvertimento







Capacità di peso: 350 libbre. Non utilizzare mai l'assistenza in piedi per pazienti che superano questo peso.

- Utilizzare solo dove consentito dalle leggi e dalle ordinanze locali applicabili.
- Gli stent-AIDS devono essere utilizzati solo da personale sanitario qualificato e formato sull'uso corretto.
- La barra trapezia del letto deve essere utilizzata solo per aiutare il paziente a sedersi sul letto. L'assistenza dello stent non deve essere utilizzata per trasferire i pazienti da una posizione all'altra .
- Prima di utilizzare l'attrezzatura, controllare che tutte le parti non siano danneggiate durante la spedizione. Se una parte è danneggiata, non utilizzalo e contatta VEVOR per ulteriori istruzioni.
- Prima di utilizzare il supporto di supporto, assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente e saldamente e che tutti gli elementi di fissaggio siano ben fissati.
- Prima di adagiare il paziente sul supporto per il trasporto, è necessario bloccare la rotella posteriore.
- Evitare di esagerare serraggio dell'hardware di montaggio poiché ciò potrebbe danneggiare le staffe di montaggio
- Il supporto di supporto potrebbe ribaltarsi se utilizzato in modo non corretto. Leggere e attenersi alle istruzioni per l'uso prima di trasferire chiunque.
- Prestare attenzione se si lascia il supporto sotto la luce diretta del sole per un periodo prolungato poiché la sua superficie potrebbe diventare caldo.

Non utilizzare per il trasporto su lunghe distanze

Non utilizzare per sedersi per lunghi periodi di tempo. Non utilizzare questo prodotto se è danneggiato e non utilizzare accessori o parti sostitutive. Per garantirne il corretto funzionamento è necessaria una manutenzione regolare del supporto e degli accessori.
Se si cede il prodotto a qualcun altro, è necessario includere anche questo manuale d'uso.


Part List

01.  1PCS	02.  1PCS	03.  1PCS	04. M8*8mm  5PCS
05.  1PCS	06.  5PCS	07.  1PCS	08.  1PCS
09.  1PCS	10.  1PCS	11.  5PCS	

NOTA: Alcuni dispositivi di fissaggio dispongono di un pezzo di ricambio di

emergenza .


Explosion diagram



Assembly Steps

Passo 1


① Strappare la colla di supporto ϕ32X8mm (06) di quattro cuscinetti di gomma e incollarli rispettivamente sul componente destro del piede di supporto (05) e sul componente sinistro del piede di supporto (07) nelle posizioni appropriate su entrambe le estremità (si consiglia di incollarli al centro a 60 mm e 860 mm di distanza dall'estremità senza ruota).
(2) Posizionare il componente destro (05) del piede di supporto parallelamente al componente destro (07) del piede di supporto nella posizione appropriata (0,7 m consigliati); Quindi inserire un piede del gruppo tubo di collegamento (08) nel componente sinistro del piede di supporto (07) nella direzione mostrata, quindi inclinare il gruppo tubo di collegamento (08), spostare il componente destro del piede di supporto (05) sull'altro piede del gruppo tubo di collegamento (08) e inserire; Serrare con una manopola a prugna (M8X8mm) (04).



Passo 2

① Allineare il gruppo tubo superiore (02) con la posizione del foro corrispondente del gruppo tubo di collegamento (08), quindi serrarlo con la manopola del perno di trazione forte (01);

② Appendere il gruppo dell'anello di sollevamento (03) tra le colonne del gruppo del tubo superiore (02).



Suggerimenti:

Dopo aver completato l'assemblaggio, posizionare il componente destro del piede di supporto (05) e il componente sinistro del piede di supporto (07) sotto il letto e spostare l'appendino nel letto nel suo complesso. L'anello di sollevamento può essere regolato in una posizione comoda regolando l'assemblaggio dell'anello di sollevamento (03) tra le colonne dell'assemblaggio del tubo superiore (02).

Allentare la manopola del perno di trazione elettrica (01) (senza svitarla),

quindi tirare la manopola del perno di trazione elettrica (01) e sollevare o abbassare (tra 1 e 3 linee limite) il gruppo tubo superiore (02) di circa 2 cm, rilasciare la mano che tira la manopola del perno di trazione elettrica (01), quindi continuare a muoversi nella direzione di sollevamento precedente fino a quando non si blocca. L'altezza complessiva del gancio può essere regolata tramite questa operazione

OPERATING INSTRUCTIONS

Precauzioni operative

- Non superare il limite di peso consigliato di 350 libbre
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i gruppi siano ben serrati e leggere attentamente le istruzioni per l'uso

CARE AND MAINTENANCE

Pulizia:

- Pulisci il telaio con un panno morbido e asciutto almeno una volta alla settimana. Se il supporto entra in contatto con umidità, asciugarlo immediatamente.

Avviso :

- Non utilizzare solventi, cere abrasive, prodotti chimici caustici o silicone spray per pulire l'attrezzatura.
- Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire l'attrezzatura, potrebbero graffiare la finitura.
- Non utilizzare pulitori a vapore o ad alta pressione per pulire l'attrezzatura.

Manutenzione:

Per garantire la sicurezza e un uso corretto, eseguire mensilmente i seguenti passaggi: Controllare tutti i dispositivi di fissaggio per verificarne la tenuta e l'usura. Sostituire eventuali dispositivi di fissaggio usurati o allentati prima dell'uso. Controllare i gruppi dei sedili per eventuali danni o usura e assicurarsi che i bulloni siano serrati. Sostituire eventuali parti usurate o componenti danneggiati.

Controllare che le rotelle funzionino correttamente e siano fissate saldamente. Sostituire le rotelle usurate o danneggiate

Produttore: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd
Indirizzo: 2F-2, 3-6F e 7F-1, n. 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CINA
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support