VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICAL EXAM TABLE

MODEL:NO2A

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICAL EXAM TABLE

MODEL:NO2A



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

INSTRUCTIONS

Part	Description	Qty
a-1	Leg section(with the paper roll holder)	1
a-2	Leg section(without the paper roll holder)	1
b	Table top&frame	1
c	Storage shelf	1
d	Metal Screws(M8*25)	4
e	Metal Screws(M6*40)	8
f	Black plum-shaped screws	4
g	Hex Key/Wrench	2
h	hanging bracket	2
i	Pipe/tube	1
Product size:1855*705*815mm ±10mm		
FDA Registration No.: 3030681105		

This guide outlines the assembly process for your Medical Exam Table.Ensure all components and tools are ready before starting.

Tools Required

·All screws

·Hex Key/Wrench ·hanging bracket

·pipe/tube



Assembly Steps

Step 1:Prepare the Tabletop
Flip the pre-assembled tabletop over and place it on a clean,stain-free surface to avoid damage.




Step 2:Gather Hardware
Remove all screws and the wrench from the packaging.

Step 3:Prepare the Legs
Take out the two table legs.



Step 4:Install the Legs
Attach the leg(with the paper roll holder)(part a-1) to the foot of the Medical Exam Table and the other leg(part a-2) to the head.There is no specific order for this step.Use the 8pcs screws(M6*40)(part e).



Important:Do not fully tighten the screws at this stage to allow for adjustments during the installation of the shelf.

Step 5:Install the Storage Shelf
Carefully flip the table upright and align the storage shelf with the pre-drilled holes.

Secure the shelf using four 4-piece screws(M8*25)(part d).
Screws:Used to secure the legs and shelf.



Step 6: Install the paper roll holder
Prepare the paper roll holder(part h) , pipe(part i) and Black plum-shaped screws, and align the hanging bracket with the pre-drilled holes.
Secure the bracket using 4 Black plum-shaped screws(part f).
Screws: Used to secure the bed leg and bracket. Install the pipe




Safety Precautions
Ensure the table is on a flat,stable surface.
Avoid exceeding the weight limit specified for the table.
For any questions during assembly,please contact our support team.

HOW TO USE

1. Backrest function:

Lift the backrest manually to adjust it between 0-40°.

Lift the backrest and release to lock it.
Lower the backrest: Lift it to its highest position, then slowly lower it to its lowest position.



2. Install the paper roll
Before use, you need to install the paper roll.
Before each examination or treatment for a client, it is recommended to lay down disposable paper to ensure hygiene.

Install the paper roll.

Disassemble one side of the paper roll holder and remove the tube.
Place the paper roll over the tube and reinstall the paper roll holder on the bed.



Manufacturer: Hebei Webian Medical Instrument Trading Co., Ltd
Address: A1-2703 Shidai Building, Guang An Street, Chang An District, Shijiazhuang City, Hebei, 050011, China
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STÓŁ DO BADAŃ LEKARSKICH

MODEL:NO2 A

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICAL EXAM TABLE

MODEL:NO2 A



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INSTRUKCJE

Część	Opis	Ilość
a-1	Sekcja nóg (z uchwytem na rolkę papieru)	1
a-2	Sekcja nóg (bez uchwytu na rolkę papieru)	1
B	Blat i rama stołu	1
C	Półka do przechowywania	1
D	Śruby metalowe (M8*25)	4
mi	Śruby metalowe (M6*40)	8
F	Czarne śruby w kształcie śliwki	4
G	Klucz imbusowy	2
H	uchwyt wiszący	2
I	Rura/rurka	1
Wymiary produktu: 1855*705*815 mm ± 10 mm		
Numer rejestracyjny FDA: 3030681105		

W tym przewodniku opisano proces montażu stołu do badań lekarskich. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że wszystkie elementy i narzędzia są gotowe.

Wymagane narzędzia

·Wszystkie śruby

·Klucz imbusowy/klucz płaski ·uchwyt do zawieszania
·rura/rurka



Kroki montażu

Krok 1: Przygotuj blat stołu
Obróć wstępnie zmontowany blat i połóż go na czystej, wolnej od plam powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń.




Krok 2: Zbierz sprzęt
Wyjmij wszystkie śruby i klucz z opakowania.

Krok 3: Przygotuj nogi
Wyjmij dwie nogi stołu.



Krok 4: Montaż nóg
Przymocuj nogę (z uchwytem na rolkę papieru) (część a-1) do stopy stołu do badań lekarskich i drugą nogę (część a-2) do głowy. Nie ma określonej kolejności tego kroku. Użyj 8 śrub (M6*40) (część e) .



Ważne: Na tym etapie nie dokręcaj śrub do końca, aby umożliwić regulacji podczas montażu półki.

Krok 5: Montaż półki magazynowej
Ostrożnie odwróć stół do pozycji pionowej i wyrównaj półkę do przechowywania z uprzednio wywierconymi otworami.

Zabezpiecz półkę za pomocą czterech śrub 4-częściowych (M8*25) (część d) .
Śruby:Służą do mocowania nóg i półki.





Krok 6: Montaż uchwytu na rolkę papieru
Przygotuj uchwyt na rolkę papieru (część h), rurkę (część i) oraz czarne śruby śliwkowe i wyrównaj wspornik do wcześniej wywierconych otworów. Zabezpiecz wspornik za pomocą 4 czarnych śrub o kształcie śliwki (część f).
nogi łóżka i wspornika. Zamontuj rurę.



Środki ostrożności
Upewnij się, że stół stoi na płaskiej i stabilnej powierzchni.
Nie należy przekraczać dopuszczalnego ciężaru określonego dla stołu.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące montażu, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.

Jak UŻYWAĆ

1. Funkcja oparcia:

Podnieś oparcie ręcznie i wyreguluj je w zakresie od 0 do 40 ° .

Podnieś oparcie i zwolnij, aby je zablokować.
Opuszczanie oparcia: Podnieś je do najwyższej pozycji, a następnie powoli opuść do najniższej pozycji.







2. Zainstaluj rolkę papieru
Przed użyciem należy założyć rolkę papieru.
Przed każdym badaniem lub zabiegiem zaleca się rozłożenie u klienta papieru jednorazowego w celu zapewnienia higieny.

Zainstaluj rolkę papieru.
Zdemontuj jedną stronę uchwytu rolki papieru i wyjmij rurkę.
Umieść rolkę papieru na rurze i zamontuj uchwyt rolki papieru na łóżku.



Producent: Hebei Webian Medical Instrument Trading Co., Ltd
Adres: A 1-2703 Shidai Building, Guang An Street, Chang An District, Shijiazhuang City, Hebei, 050011, Chiny
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDIZINISCHER UNTERSUCHUNGSTISCH

MODELL: NO2 A

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICAL EXAM TABLE

MODELL: NO2 A



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

ANWEISUNGEN

Teil	Beschreibung	Menge
a-1	Beinteil (mit Papierrollenhalter)	1
a-2	Beinteil (ohne Papierrollenhalter)	1
B	Tischplatte & Rahmen	1
C	Ablageboden	1
D	Metallschrauben (M8*25)	4
e	Metallschrauben (M6*40)	8
F	Schwarze pflaumenförmige Schrauben	4
G	Inbusschlüssel/Schraubenschlüssel	2
H	Aufhängebügel	2
ich	Rohr/Schlauch	1
Produktgröße: 1855 * 705 * 815 mm ± 10 mm		
FDA-Registrierungsnummer: 3030681105		

In dieser Anleitung wird der Montagevorgang für Ihren medizinischen Untersuchungstisch beschrieben. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten und Werkzeuge bereit sind, bevor Sie beginnen.
Erforderliche Werkzeuge
·Alle Schrauben
· Inbusschlüssel/Schraubenschlüssel · Aufhängevorrichtung

·Rohr/Schlauch



Montageschritte

Schritt 1: Bereiten Sie die Tischplatte vor
Drehen Sie die vormontierte Tischplatte um und legen Sie sie auf eine saubere, fleckenfreie Oberfläche, um Schäden zu vermeiden.




Schritt 2: Hardware zusammenstellen
Entnehmen Sie alle Schrauben und den Schraubenschlüssel aus der Verpackung.

Schritt 3: Bereiten Sie die Beine vor
Nehmen Sie die beiden Tischbeine heraus.



Schritt 4: Installieren Sie die Beine
Befestigen Sie das Bein (mit dem Papierrollenhalter) (Teil A-1) am Fuß des Untersuchungstisches und anderes Bein (Teil A-2) am Kopf. Für diesen Schritt gibt es keine bestimmte Reihenfolge. Verwenden Sie die 8 Schrauben (M6*40) (Teil E) .



Wichtig: Ziehen Sie die Schrauben zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz fest, um Anpassungen während der Montage des Regals.

Schritt 5: Installieren Sie das Lagerregal
Drehen Sie den Tisch vorsichtig um und richten Sie das Ablagefach an den vorgebohrten Löchern aus.

Befestigen Sie das Regal mit vier 4-teiligen Schrauben (M8*25) (Teil d) .
Schrauben: Dienen zum Befestigen der Beine und des Regals.



Schritt 6: Papierrollenhalter montieren
Bereiten Sie den Papierrollenhalter (Teil h), das Rohr (Teil i) und die schwarzen pflaumenförmigen Schrauben vor und richten Sie die Aufhängehalterung an den vorgebohrten Löchern aus.
Befestigen Sie die Halterung mit 4 schwarzen, pflaumenförmigen Schrauben (Teil f).
Schrauben: Dienen zur Befestigung des Bettbeins und der Halterung.
Installieren Sie das Rohr




Sicherheitsvorkehrungen
Stellen Sie sicher, dass der Tisch auf einer ebenen und stabilen Oberfläche steht.

Vermeiden Sie es, die für den Tisch angegebene Gewichtsgrenze zu überschreiten.
Bei Fragen während der Montage wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.

Anwendung

1. Rückenlehnenfunktion:

Heben Sie die Rückenlehne manuell an, um sie zwischen 0 und 40 ° zu verstellen .
Heben Sie die Rückenlehne an und lassen Sie sie los, um sie zu verriegeln.
Senken Sie die Rückenlehne: Heben Sie sie in die höchste Position und senken Sie sie dann langsam in die niedrigste Position ab.



2. Installieren Sie die Papierrolle
Vor der Verwendung müssen Sie die Papierrolle einlegen.
Vor jeder Untersuchung oder Behandlung eines Klienten empfiehlt es sich, aus hygienischen Gründen Einwegpapier auszulegen.

Legen Sie die Papierrolle ein.
Demontieren Sie eine Seite des Papierrollenhalters und entfernen Sie das Rohr.
Legen Sie die Papierrolle über das Rohr und montieren Sie den Papierrollenhalter wieder auf dem Bett.



Hersteller: Hebei Webian Medical Instrument Trading Co., Ltd.
Adresse: A 1-2703 Shidai Building, Guang An Street, Bezirk Chang An,

Stadt Shijiazhuang, Hebei, 050011, China

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TABLE D'EXAMEN MÉDICAL

MODÈLE : NO2 A

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICAL EXAM TABLE

MODÈLE : NO2 A



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne plus vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

INSTRUCTIONS

Partie	Description	Qté
a-1	Section jambes (avec le porte-rouleau de papier)	1
a-2	Section jambes (sans le porte -rouleau de papier)	1
b	Plateau et cadre de table	1
c	Étagère de rangement	1
d	Vis à métaux (M8*25)	4
et	Vis à métaux (M6*40)	8
f	Vis noires en forme de prune	4
g	Clé hexagonale	2
h	support de suspension	2
je	Tuyau/tube	1
Taille du produit : 1855*705*815mm ± 10 mm		
Numéro d'enregistrement FDA : 3030681105		

Ce guide décrit le processus d’assemblage de votre table d’examen médical. Assurez-vous que tous les composants et outils sont prêts avant de commencer.

Outils requis

·Toutes les vis

·Clé hexagonale/clé ·support de suspension
·tuyau/tube



Étapes d'assemblage

Étape 1 : Préparez le plateau de table
Retournez le plateau pré-assemblé et placez-le sur une surface propre et sans taches pour éviter tout dommage.




Étape 2 : Rassembler le matériel
Retirez toutes les vis et la clé de l'emballage.

Étape 3 : Préparez les jambes
Retirez les deux pieds de la table.



Étape 4 : Installer les pieds
Fixez le pied (avec le support de rouleau de papier) (partie a-1) au pied de la table d'examen médical et le l'autre jambe (partie a-2) à la tête.Il n'y a pas d'ordre spécifique pour cette étape.Utilisez les 8 vis (M6*40) (partie e) .



Important : Ne serrez pas complètement les vis à ce stade pour permettre ajustements lors de l'installation de l'étagère.

Étape 5 : Installer l'étagère de rangement
Retournez soigneusement la table à la verticale et alignez l'étagère de rangement avec les trous pré-percés.

Fixez l'étagère à l'aide de quatre vis 4 pièces (M8*25) (partie d) .
Vis : utilisées pour fixer les pieds et l'étagère.





Étape 6 : Installer le support de rouleau de papier
Préparez le support de rouleau de papier (partie h), le tuyau (partie i) et les vis noires en forme de prune, et alignez le support de suspension avec les trous pré-percés.
Fixez le support à l'aide de 4 vis noires en forme de prune (pièce f).
Vis : Utilisées pour fixer le pied du lit et le support. Installation du tube.



Précautions de sécurité
Assurez-vous que la table est sur une surface plane et stable.
Évitez de dépasser la limite de poids spécifiée pour la table.
Pour toute question lors du montage, veuillez contacter notre équipe d'assistance.

Comment UTILISER

1. Fonction dossier :

Soulevez le dossier manuellement pour le régler entre 0 et 40 ° .

Soulevez le dossier et relâchez-le pour le verrouiller.
Abaisser le dossier : Soulevez-le jusqu'à sa position la plus haute, puis abaissez-le lentement jusqu'à sa position la plus basse.







2. Installez le rouleau de papier
Avant utilisation, vous devez installer le rouleau de papier.
Avant chaque examen ou traitement d'un client, il est recommandé de déposer du papier jetable pour assurer l'hygiène.

Installer le rouleau de papier.
Démontez un côté du porte-rouleau de papier et retirez le tube.
Placez le rouleau de papier sur le tube et réinstallez le support de rouleau de papier sur le lit.



Fabricant : Hebei Webian Medical Instrument Trading Co., Ltd
Adresse: A 1-2703 Shidai Building, rue Guang An, district de Chang An, ville de Shijiazhuang, Hebei, 050011, Chine
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDISCHE ONDERZOEKSTAFEL

MODEL: NO2A

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICAL EXAM TABLE

MODEL: NO2A



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

INSTRUCTIES

Deel	Beschrijving	Aantal
a-1	Beengedeelte (met de papierrolhouder)	1
a-2	Beengedeelte (zonder papierrolhouder)	1
B	Tafelblad en frame	1
C	Opbergplank	1
D	Metalen schroeven (M8*25)	4
en	Metalen schroeven (M6*40)	8
F	Zwarte pruimvormige schroeven	4
G	Inbussleutel	2
H	ophangbeugel	2
i	Pijp/buis	1
Productafmetingen: 1855*705*815mm ± 10 mm		
FDA-registratienummer: 3030681105		

In deze handleiding wordt het montageproces voor uw medische onderzoekstafel beschreven. Zorg ervoor dat alle onderdelen en gereedschappen klaar liggen voordat u begint.

Benodigde gereedschappen

·Alle schroeven

·Inbussleutel/sleutel ·Ophangbeugel

·pijp/buis



Montagestappen

Stap 1: Bereid het tafelblad voor
Draai het voorgemonteerde tafelblad om en leg het op een schoon, vlekvrij oppervlak om beschadigingen te voorkomen.




Stap 2: Hardware verzamelen
Haal alle schroeven en de sleutel uit de verpakking.

Stap 3: Bereid de benen voor
Verwijder de twee tafelpoten.



Stap 4: De poten installeren
Bevestig de poot (met de papierrolhouder) (onderdeel a-1) aan de voet van de medische onderzoekstafel en de Bevestig het andere been (deel a-2) aan het hoofd. Er is geen specifieke volgorde voor deze stap. Gebruik de 8 schroeven (M6*40) (deel e) .



Belangrijk: Draai de schroeven in dit stadium nog niet helemaal vast om ruimte te laten voor aanpassingen tijdens de installatie van de plank.

Stap 5: Installeer de opbergplank
Zet de tafel voorzichtig rechtop en plaats de opbergplank op één lijn met de voorgeboorde gaten.

Bevestig de plank met vier schroeven van 4 stuks (M8*25) (onderdeel d) .
Schroeven: Worden gebruikt om de poten en de plank vast te zetten.



Stap 6: De papierrolhouder installeren
Bereid de papierrolhouder (onderdeel h), de buis (onderdeel i) en de zwarte pruimvormige schroeven voor en lijn de ophangbeugel uit met de voorgeboorde gaten.
Bevestig de beugel met 4 zwarte pruimvormige schroeven (onderdeel f).
Schroeven: worden gebruikt om de bedpoot en beugel vast te zetten.
Installeer de buis.



Veiligheidsmaatregelen
Zorg ervoor dat de tafel op een vlakke, stabiele ondergrond staat.
Zorg ervoor dat u het in de tabel aangegeven gewichtslimiet niet overschrijdt.

Als u tijdens de montage vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons supportteam.

Hoe TE GEBRUIKEN

1. Rugleuningfunctie:

Til de rugleuning handmatig op om deze tussen 0 en 40 ° te verstellen .

Til de rugleuning op en laat deze los om deze te vergrendelen.
Laat de rugleuning zakken: breng deze naar de hoogste positie en laat hem vervolgens langzaam zakken naar de laagste positie.







2. Plaats de papierrol
Voor gebruik dient u de papierrol te installeren.

Voor elk onderzoek of elke behandeling van een cliënt wordt aangeraden om wegwerppapier neer te leggen om de hygiëne te waarborgen.

Plaats de papierrol.
Demonteer één kant van de papierrolhouder en verwijder de buis.
Plaats de papierrol over de buis en plaats de papierrolhouder terug op het bed.



Fabrikant: Hebei Webian Medical Instrument Trading Co., Ltd
Adres: A 1-2703 Shidai-gebouw, Guang An Street, Chang An District, Shijiazhuang City, Hebei, 050011, China
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TABELL FÖR MEDICINSK UNDERSÖKNING

MODELL: NO2 A

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICAL EXAM TABLE

MODELL: NO2 A



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

INSTRUKTIONER

Del	Beskrivning	Antal
a-1	Bensektion (med pappersrullhållare)	1
a-2	Bensektion (utan pappersrullhållare)	1
b	Bordsskiva och stomme	1
c	Förvaringshylla	1
d	Metallskruvar (M8*25)	4
e	Metallskruvar (M6*40)	8
f	Svarta plommonformade skruvar	4
g	Sexkantsnyckel/skiftnyckel	2
h	upphängningsfäste	2
jag	Rör/slang	1
Produktstorlek: 1855*705*815 mm ± 10 mm		
FDA-registreringsnummer: 3030681105		

Den här guiden beskriver monteringsprocessen för ditt medicinska undersökningsbord. Se till att alla komponenter och verktyg är redo innan du börjar.

Verktyg som krävs

· Alla skruvar

·Insexnyckel/skiftnyckel ·hängande fäste

·rör/slang



Monteringssteg

Steg 1: Förbered bordsskivan
Vänd den förmonterade bordsskivan och placera den på en ren, fläckfri yta för att undvika skador.




Steg 2: Samla ihop hårdvara
Ta ut alla skruvar och nyckeln ur förpackningen.

Steg 3: Förbered benen
Ta ut de två bordsbenen.



Steg 4: Montera benen
Fäst benet (med pappersrullhållaren) (del a-1) vid foten av undersökningsbordet och andra benet (del a-2) till huvudet. Det finns ingen specifik ordning för detta steg. Använd de 8 st. skruvarna (M6*40) (del e) .



Viktigt: Dra inte åt skruvarna helt i detta skede för att möjliggöra justeringar under installationen av hyllan.

Steg 5: Montera förvaringshyllan
Vänd försiktigt bordet upprätt och rikta in förvaringshyllan med de förborrade hålen.

Fäst hyllan med fyra 4-delade skruvar (M8*25) (del d) .
Skruvar: Används för att fästa benen och hyllan.





Steg 6: Montera pappersrullhållaren
Förbered pappersrullhållaren (del h), röret (del i) och de svarta plommonformade skruvarna och rikta in upphängningsfästet med de förborrade hålen.
Fäst fästet med fyra svarta plommonformade skruvar (del f).
Skruvar: Används för att fästa sängbenet och fästet. Montera röret



Säkerhetsåtgärder
Se till att bordet står på en plan och stabil yta.
Undvik att överskrida den angivna viktgränsen för bordet.
Vid eventuella frågor under monteringen, vänligen kontakta vårt supportteam.

Hur MAN ANVÄNDER

1. Ryggstödets funktion:

Lyft ryggstödet manuellt för att justera det mellan 0-40 ° .

Lyft ryggstödet och släpp det för att låsa det.
Sänk ryggstödet: Lyft det till sitt högsta läge och sänk det sedan långsamt till sitt lägsta läge.







2. Montera pappersrullen
Innan användning måste du installera pappersrullen.
Före varje undersökning eller behandling av en klient rekommenderas det att lägga ut engångspapper för att säkerställa hygienen.

Montera pappersrullen.
Demontera ena sidan av pappersrullhållaren och ta bort röret.
Placera pappersrullen över röret och sätt tillbaka pappersrullhållaren på bädden.



Tillverkare: Hebei Webian Medical Instrument Trading Co., Ltd.
Adress: A 1-2703 Shidai Building, Guang An Street, Chang An District, Shijiazhuang City, Hebei, 050011, Kina
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MESA DE EXAMEN MÉDICO

MODELO: NO2 A

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICAL EXAM TABLE

MODELO: NO2 A



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES

Parte	Descripción	Cantidad
a-1	Sección de piernas (con el soporte para rollo de papel)	1
a-2	Sección de piernas (sin el soporte del rollo de papel)	1
b	Tablero y marco de mesa	1
do	Estante de almacenamiento	1
d	Tornillos metálicos (M8*25)	4
mi	Tornillos metálicos (M6*40)	8
F	Tornillos negros en forma de ciruela	4
gramo	Llave hexagonal	2
h	soporte para colgar	2
i	Tubo/tubería	1
Tamaño del producto: 1855 x 705 x 815 mm ± 10 mm		
Número de registro de la FDA: 3030681105		

Esta guía describe el proceso de ensamblaje de su mesa de examen médico. Asegúrese de que todos los componentes y herramientas estén listos antes de comenzar.

Herramientas necesarias

·Todos los tornillos

·Llave hexagonal/llave inglesa ·soporte para colgar
·tubo/tubería



Pasos de montaje

Paso 1: Prepare la mesa
Dale la vuelta al tablero premontado y colócalo sobre una superficie limpia y sin manchas para evitar que se dañe.




Paso 2: Reúna el hardware
Retire todos los tornillos y la llave del embalaje.

Paso 3: Preparar las piernas
Saque las dos patas de la mesa.



Paso 4: Instale las patas

Coloque la pata (con el soporte del rollo de papel) (parte a-1) al pie de la mesa de examen médico y la otra pierna (parte a-2) a la cabeza. No hay un orden específico para este paso. Utilice los 8 tornillos (M6*40) (parte e) .



Importante: No apriete completamente los tornillos en esta etapa para permitir Ajustes durante la instalación del estante.

Paso 5: Instale el estante de almacenamiento

Con cuidado, gire la mesa hacia la posición vertical y alinee el estante de almacenamiento con los orificios pretaladrados.

Fije el estante utilizando cuatro tornillos de 4 piezas (M8*25) (parte d) .
Tornillos:Se utilizan para asegurar las patas y el estante.



Paso 6: Instale el soporte del rollo de papel
Prepare el soporte del rollo de papel (parte h), el tubo (parte i) y los tornillos negros en forma de ciruela, y alinee el soporte para colgar con los orificios pretaladrados.
Asegure el soporte usando 4 tornillos negros en forma de ciruela (parte f).
Tornillos: Se utilizan para fijar la pata de la cama y el soporte. Instale el tubo.



Precauciones de seguridad
Asegúrese de que la mesa esté sobre una superficie plana y estable.
Evite exceder el límite de peso especificado para la mesa.
Para cualquier pregunta durante el montaje, póngase en contacto con

nuestro equipo de soporte.

Cómo UTILIZAR

1. Función del respaldo:

Levante el respaldo manualmente para ajustarlo entre 0-40 ° .

Levante el respaldo y suéltelo para bloquearlo.
Bajar el respaldo: Levantarlo hasta su posición más alta, luego bájelo lentamente hasta su posición más baja.







2. Instale el rollo de papel
Antes de usar, es necesario instalar el rollo de papel.
Antes de cada examen o tratamiento a un cliente, se recomienda colocar

papel desechable para garantizar la higiene.

Instalar el rollo de papel.
Desmonte un lado del soporte del rollo de papel y retire el tubo.
Coloque el rollo de papel sobre el tubo y vuelva a instalar el soporte del rollo de papel en la cama.



Fabricante: Hebei Webian Medical Instrument Trading Co., Ltd.
DIRECCIÓN: A 1-2703 Edificio Shidai, Calle Guang An, Distrito de Chang An, Ciudad de Shijiazhuang, Hebei, 050011, China
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TAVOLO PER VISITA MEDICA

MODELLO:NO2 A

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MEDICAL EXAM TABLE

MODELLO:NO2 A



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

ISTRUZIONI

Parte	Descrizione	Quantità
a-1	Sezione gambe (con porta rotolo di carta)	1
a-2	Sezione gambe (senza porta rotolo di carta)	1
B	Piano del tavolo e struttura	1
C	Scaffale portaoggetti	1
D	Viti metalliche (M8*25)	4
e	Viti metalliche (M6*40)	8
F	Viti nere a forma di prugna	4
G	Chiave esagonale/chiave inglese	2
H	staffa di sospensione	2
io	Tubo/tubo	1
Dimensioni del prodotto: 1855*705*815mm ± 10 mm		
Numero di registrazione FDA: 3030681105		

Questa guida descrive il processo di assemblaggio del tuo lettino per visite mediche. Assicurati che tutti i componenti e gli strumenti siano pronti prima di iniziare.

Strumenti necessari

·Tutte le viti

·Chiave esagonale/chiave inglese ·staffa di sospensione
·tubo/tubo



Fasi di assemblaggio

Fase 1: preparare il piano del tavolo
Capovolgere il piano del tavolo preassemblato e posizionarlo su una superficie pulita e priva di macchie per evitare danni.




Fase 2: raccogliere l'hardware
Rimuovere tutte le viti e la chiave inglese dalla confezione.

Fase 3: Preparare le gambe
Togliere le due gambe del tavolo.



Fase 4: Installare le gambe
Fissare la gamba (con il porta rotolo di carta) (parte a-1) al piede del tavolo per visita medica e l'altra gamba (parte a-2) alla testa. Non esiste un ordine specifico per questo passaggio. Utilizzare le 8 viti (M6*40) (parte e) .



Importante: non serrare completamente le viti in questa fase per consentire regolazioni durante l'installazione dello scaffale.

Fase 5: Installare il ripiano portaoggetti
Rimettere con cautela il tavolo in posizione verticale e allineare il ripiano portaoggetti con i fori preforati.

Fissare il ripiano utilizzando quattro viti a 4 pezzi (M8*25) (parte d) .
Viti: utilizzate per fissare le gambe e il ripiano.



Fase 6: Installare il portarotolo di carta
Preparare il portarotolo di carta (parte h), il tubo (parte i) e le viti nere a forma di prugna, quindi allineare la staffa di sospensione con i fori preforati. Fissare la staffa utilizzando 4 viti nere a forma di prugna (parte f).
Viti: utilizzate per fissare la gamba del letto e la staffa. Installare il tubo



Precauzioni di sicurezza
Assicurarsi che il tavolo sia posizionato su una superficie piana e stabile.
Evitare di superare il limite di peso specificato per il tavolo.
Per qualsiasi domanda durante il montaggio, contatta il nostro team di supporto.

Come USARE

1. Funzione schienale:

Sollevare manualmente lo schienale per regolarlo tra 0-40 ° .

Sollevare lo schienale e rilasciarlo per bloccarlo.
Abbassare lo schienale: sollevarlo fino alla posizione più alta, quindi abbassarlo lentamente fino alla posizione più bassa.









2. Installare il rotolo di carta
Prima dell'uso è necessario installare il rotolo di carta.
Prima di ogni visita o trattamento per un cliente, si raccomanda di stendere della carta monouso per garantire l'igiene.

Installare il rotolo di carta.

Smontare un lato del portarotolo di carta e rimuovere il tubo.

Posizionare il rotolo di carta sul tubo e reinstallare il portarotolo sul letto.







Produttore: Hebei Webian Medical Instrument Trading Co., Ltd
Indirizzo: A 1-2703 Shidai Building, Guang An Street, Distretto di Chang An, Città di Shijiazhuang, Hebei, 050011, Cina
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

